

15PROC003401901 2015-11-30



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 65/2015
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΣΥΝΤΜΙΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

Για τον εξοπλισμό του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Οφρυνίου του Ν
Καβάλας, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2007-2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη
συμπερότερη προσφορά και με σύντμηση προθεσμιών

15PROC003401901-2015-11-30
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε	Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ
ΝΑΙ	Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ		01/12/2015	01/12/2015

Έχοντας υπόψη:**1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:**

- 1.1.** Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση τους νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
- 1.2.** Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), τους ισχύει σήμερα.
- 1.3.** Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τους διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) τους ισχύει σήμερα.
- 1.4.** Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και τους διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001), τους ισχύει σήμερα.
- 1.5.** Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α' 204 /19-7-1974)
- 1.6.** Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και τους διατάξεις».
- 1.7.** Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και τους διατάξεις».
- 1.8.** Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» τους τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και τους Διατάξεις» .
- 1.9.** Το Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν τους διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α' 66 /11-4-1996), τους ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/2005.
- 1.10.** Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και τους διατάξεις.
- 1.11.** Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρμογή τους Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών τους Εμπορικές Συναλλαγές».
- 1.12.** Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και τους διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 68 /20-3-2007)

1.13. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α' 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση τους λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και τους αγορές – Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35.

1.14. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση τους συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α' 139/27.6.97)

1.15. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) συμπληρωματικά στο ΠΔ60/07 και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στον Ν.4155/2013,

1.16 Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α'/22.04.2005).

1.17 Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/τ.Α'/03.12.2007), τους ισχύει.

1.18 Του Π.Δ. 60/07 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/Ε.Κ. περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Νοεμβρίου 2005.

1.19 Τον Ν. 3861/2010 «ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

1.20 Το Ν.4281/, ΦΕΚ160/08-08-2014 περί μέτρων στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

2. Τις αποφάσεις:

2.1. Την με αριθ. 18130/11-7-2007 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β' 1226/17-7-2007).

2.2. Την Κ.Υ.Α. με αρ. 4014/ΔΙΟΕ 120 (Φ.Ε.Κ. 134/τ.Β'/09.02.2011) περί τους Σύστασης Ειδικής Γραμματείας Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

2.3 Την υπ' αριθμόν 19576/2493/06.05.2011 (ΦΕΚ. 143/20.03.2011) κοινή υπουργική απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τους διατάξεις του αρ. 53 του Π.Δ. 63/2005, για το διορισμό τους Γεωργίας Ζεμπιλιάδου στη θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα τους Ειδικής Γραμματείας Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν.

2.4 Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 4168/ΕΥΣΣΑΑΠ 166/29.01.08 (ΦΕΚ 333/τ.Β'/29.02.2008) περί «τροποποίησης (αναδιάρθρωσης) τους απόφασης σύστασης τους Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007.

15PROC003401901 2015-11-30
2.5 Την υπ' αριθ. 7725/23.03.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και τα Παραρτήματα u921 I και II τους.

2.6 Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5444/ 05.11.2007 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής».

2.7 Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΑΣΥΔ 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, τους τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.8 Την από 18.03.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας, τους περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο.

2.9 Την με αρ. πρωτ. 53824/ΕΥΣΣΑΑΠ/9.12.2011 απόφαση έγκρισης 2^{ης} τροποποίησης Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής των Ειδ. Υπηρεσιών τους Ε.Α.Σ. και των λοιπών Δικαιούχων του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη τους Εφαρμογής» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 για το έτος 2011,

2.10 Την υπ. Αριθμ. 33337/ΕΥΣΣΑΑΠ 1498/28.07.2011 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε.

2.11 Την Υ.Α. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 ΦΕΚ1856/26.11.2010 περί καθορισμού των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους και την υπ' αριθμ. 9382/ΕΥΣΣΑΑΠ 387/2-3-2011 σχετική Ερμηνευτική Εγκύκλιο για την εφαρμογή τους Υπουργικής Απόφασης περί καθορισμού των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής.

2.12 Την επιστολή της Ειδικής Υπηρεσίας του Τομέα Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης με αριθμ. Πρωτ. 228/20.01.2012

2.13 Την επιστολή της Ειδικής Γραμματέως ΕΣΠΑ κα Γ. Ζεμπελιάδου σχετικά με την υποστήριξη Φορέων που υλοποιούν έργα υποδομών Υγείας συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ με αρ. πρωτ. 8062 /ΟΙΚ.75.12/21.2.2012

2.14. Την υπ' αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ Β' 1291/11.08.10) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

2.15 Την υπ' αριθμ. 26/23-11-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας.

2.16 Την υπ' αριθμ Υ3α/ΓΠ.109018/12/23-5-13 Έγκριση σκοπιμότητας του Υπουργείου Υγείας .

2.17 Την υπ' αριθμ 1/6-3-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας.

2.18 Την υπ' αριθμ 21/23-11-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας.

15PROC003401901201511-00 ΕΠΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΟΥΜΕ

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την Προμήθεια εξοπλισμού ΠΠΙ Οφρυνίου Ν. Καβάλας, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013 συνολικής προϋπολογιστικής δαπάνης 61.591,00€. Η ποσότητας τους αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα τους παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο τους κάθε κατηγορίας τους προκηρυχθείσας ποσότητας τους: **ιατρικός εξοπλισμός:** προϋπολογισμός 32.085,00€, **ξενοδοχειακός εξοπλισμός 1^η κατηγορία:** νοσοκομειακός εξοπλισμός 3.645,00€, **3^η κατηγορία:** ηλεκτρονικός – οικιακός εξοπλισμός 5.141,00€, **4^η κατηγορία:** Η/Μ εξοπλισμός 20.720,00€ ή ανά ζητούμενο είδος ξεχωριστά. **Η ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 2% ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΕΤΕΧΟΥΝ.**

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία, από την ημερομηνία της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας - Γραφείο Πρωτοκόλλου	Από 8/12/2015 έως 11/12/2015 ώρα 14:30 μ.μ.	Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας - Γραφείο Προμηθειών	14-12-2015 ΩΡΑ: 10 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταλυτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

15PROC003401901 2015-11-30
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'.

4- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. γ) συνεταιρισμοί δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

5- Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής, και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.

5.1. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:

- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών
- Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών

15PROC003401901-2015-11-30
 Οι οικονομικοί φορείς / χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

- 5.2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

6 - Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α1, Α.2
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ& ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η

- 7- Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της

15PROC003401901 2015-11-30
εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Παρομοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

- 8- Τα έξοδα δημοσίευσης του τοπικού τύπου θα βαρύνουν τους μειοδότες ,των Αθηνών κ Θεσ/νικης θα βαρύνουν το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας Ν. 3801/2009.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

15PROC003401901 2015-11-30 **Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της 65/2015 Διακήρυξης**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<u>Προμήθεια εξοπλισμού ΠΠΙ Οφρυνίου Ν Καβάλας</u>
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	<u>61.591,00 €</u>
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	Ευρωπαϊκή Ένωση
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ	<u>ΕΣΠΑ 2007-2013</u>
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ	Άμεσα έως και 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	Οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία
ΔΕΙΓΜΑ	ΟΧΙ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ	ΝΑΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ	ΝΑΙ (μπορούν να κατατεθούν τμηματικές προσφορές ανά είδος, των οποίων οι προσφορές θα αξιολογηθούν ξεχωριστά)

15PROC003401901 **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.1**
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΠΙ ΟΦΡΥΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜΑΧ.		
		ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
Σπειρόμετρο Φορητό	1	2460	2.460,00
Ψυγείο φαρμάκων	1	1.000,00	1.000,00
Τροχήλατο Επείγοντων - Ατυχημάτων	1	5000	5.000,00
Ζυγαριά - Αναστημόμετρο	2	300	600,00
Τροχήλατο Νοσηλείας - Φαρμάκων	2	1.800,00	3.600,00
Εξεταστική κλίνη BOOM	1	900,00	900,00
Σετ κλινής Νοσηλείας	2	1.200,00	2.400,00
Ψυγείο εργαστηρίων	1	2.200,00	2.200,00
Προθρομβινόμετρο	1	800,00	800,00
Ανακινητήρας	1	1.000,00	1.000,00
Τέντα Οξυγόνου	1	1500	1.500,00
Τροχήλατο ιματισμού/οργάνων, μεσαίο	1	300,00	300,00
Αναπηρικό Αμαξίδιο	2	80,00	160,00
Φορείο μεταφοράς ασθενών	1	800,00	800,00
Μετρητής Σακχάρου	2	240	480,00
Πολυθρόνα αιμοληψίας	1	1000	1.000,00
Πιπέττα σταθερού όγκου, σετ	1	185	185,00
Πιπέττα μεταβλητού όγκου, σετ	1	300	300,00
Απιονιστής νερού	1	300	300,00
Φυγόκεντρος	1	2700	2.700,00
Αναρρόφηση Τροχήλατη	1	1000	1.000,00
Υδατόλουτρο	1	900	900,00
Κλίβανος επωαστικός	1	2500	2.500,00
σύνολα:	28		32.085,00

15PROC003401901 **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΤΕΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ	
			ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				
Κάδος ανοξειδωτος ποδοκίνητος (με καπάκι), κοινών απορριμμάτων, μεγάλος (110 λίτρων)	1	300,00	300,00	
Κάδος ανοξειδωτος ποδοκίνητος (με καπάκι), τροχήλατος, μολυσματικών απορριμμάτων (72 λίτρων)	3	200,00	600,00	
Πάγκος ανοξειδωτης επιφάνειας, με γούρνα και ντουλάπια	1	440,00	440,00	
Κάδος ανοξειδωτος, ποδοκίνητος με καπάκι, μεσαίος (11 λίτρων)	4	40,00	160,00	
Κάδος ανοξειδωτος, ποδοκίνητος με καπάκι, μεγάλος (30 λίτρων)	2	70,00	140,00	
Ερμάριο κλειστό, δαπέδου, γιά αποστειρωμένο υλικό	2	690,00	1.380,00	
Τροχήλατο καθαριότητας	1	200,00	200,00	
Καταψύκτης δαπέδου για μολυσματικά	1	425,00	425,00	
				3.645,00
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ - ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				
Η/Υ	4	650,00	2.600,00	
Εκτυπωτής	4	150,00	600,00	
Ψύκτης νερού	2	330,00	660,00	
Ψυγείο οικιακού τύπου, μεγάλο	1	371,00	371,00	
Φούρνος μικροκυμάτων	1	75,00	75,00	
Κουζίνα ηλεκτρική	1	400,00	400,00	
Τηλεόραση	2	200,00	400,00	
Καφετιέρα ηλεκτρική, πάγκου	1	35,00	35,00	
				5.141,00
4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				
Καθρέπτης τοίχου	7	40,00	280,00	
Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης πλήρης	7	25,00	175,00	
Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο	7	35,00	245,00	

Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή	6	40,00	240,00	
Πετσετοθήκη μεταλλική επινικελωμένη, ρολού ή φύλλων χάρτου	7	40,00	280,00	
Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) ισχύος 4,5 KW, αυτονομίας 90 min.	1	3.000,00	3.000,00	
Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, τριφασικού εναλλασόμενου ρεύματος, τάσεως 230/400 V, 50 περιόδων ισχύος 30 KVA, ηχομονωμένο	1	12.000,00	12.000,00	
Ηλεκτρονικό σύστημα σειράς προτεραιότητας	1	3.600,00	3.600,00	
Τοπική κλιματιστική συσκευή inverter επίτοιχη ελάχιστης ψυκτικής ισχύος 9.000 btu/h τύπου split unit.	1	600,00	600,00	
Δεξαμενή πετρελαίου πλαστική χωρητικότητας 1000 λτ.	1	300,00	300,00	20.720,00
σύνολα:	70			29.506,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β -21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο ΠΔ60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07.

1.2. Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

* (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση

15PROC003401901 2015-11-30

του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

1.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου ««Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά»Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :

1.2.1.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007, το Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :

1.2.1.1.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά TM αρθ. 157 του Ν.4281/14 (Φ.Ε.Κ. 160 Α/8-8-14) και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Το εκάστοτε αναλογούν ποσό αυτής παρατίθεται αναλυτικά στην παράγραφο 9.1.2. του παρόντος παρατήματος .

1.2.1.1.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75),

όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες :

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, ήτοι :

- i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
- ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

15PROC003401901 2015-11-30

- iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
- iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305),
- v) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. vi) κάποιο από τα αδικήματα των παρακάτω άρθρων :
- 30 παρ. 7, 9, 11, 12 και 14
 - 31 παρ. 4, 5 και 6
 - 32 παρ. 4 και 5
 - 35 παρ. 5 του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών (άρθρ. 3 του Ν. 4250/14, ΦΕΚ Α/74/26-3-14) προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν:

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.

β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.

1.2.1.1.3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75),

όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες :

α. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση

15PROC003401901 2015-11-30

και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

γ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. δ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς).

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα .

στ. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του Π.Δ.60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές.

ζ. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

15PROC003401901 2015-11-30

η. Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α'153) θ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) . ι. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη προσκόμιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος.

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών (άρθρ. 3 του Ν. 4250/14, ΦΕΚ Α/74/26-3-14) προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

- 1.2.1.1.4. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.
- 1.2.1.1.5. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγματος, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 & 4 του Π.Δ. 118/07, η οποία εκδίδεται όταν κατατεθεί το σχετικό δείγμα και την οποία πρέπει να επισυνάψει ο οικονομικός φορέας στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά».
- 1.2.1.1.6. Οι προσφέροντες, υποβάλουν με την προσφορά τους, δήλωση που φέρει ψηφιακή υπογραφή στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο 18 παρ.1 ΠΔ 118/07).
- 1.2.1.1.7. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
- 1.2.1.1.8. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρουν ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών προϋποθέσεων και τα όρια τους, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 4.2 της παρούσας διακήρυξης, καθώς και ότι θα προσκομίσουν εγκαίρως και προσηκόντως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8α του ΠΔ

15PROC003401901_2015-11-30

118/07 και της παρούσης, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω.

1.2.1.1.9. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας.

1.2.1.1.10. Σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου (1.2.1.1.9.) συντάσσονται από τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και προσκομίζονται από τον προσφέροντα.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

1.2.1.2. **ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

1.2.1.2.1.

Ο υποψήφιος ή το συνεργαζόμενο κέντρο επισκευής και τεχνικής υποστήριξης θα πρέπει να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 για τον τομέα αυτό, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και να καταθέσει στο φάκελο δικαιολογητικών το σχετικό πιστοποιητικό ISO.

1.2.1.2.2.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.

Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία

15PROC003401901_2015-11-30

ενδεικτικά είναι. η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα ση μαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.

1.2.1.3. Τεχνική προσφορά

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι :

1.2.1.3.1. Η Τεχνική Προσφορά. συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, για κάθε είδος με τον αύξοντα αριθμό αυτού (Τεχνική περιγραφή είδους, φύλλο συμμόρφωσης, prospectus, χρόνος παράδοσης, χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, τεχνική υποστήριξη, ύπαρξη ανταλλακτικών κ.λ.π.).Επίσης οι Τεχνικές και Επαγγελματικές Ικανότητες του υποψήφιου αναδόχου υποχρεωτικά θα πρέπει να περιγράφονται με την επισύναψη των εξής επιπλέον αρχείων:

- Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων ή υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα.
- Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης, των μέτρων αυτής προς εξασφάλιση της ποιότητας και του εξοπλισμού μελέτης και έρευνας της επιχείρησής του.
- Αναφορά του απασχολούμενου τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση είτε όχι, και ιδιαίτερα των υπευθύνων για τον ποιοτικό έλεγχο.
- Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες Υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, που έχουν σχετική αρμοδιότητα, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα.
- Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στην προσφορά τους τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.

15PROC003401901 2015-11-30

- Εφόσον ο προσφέρων κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, τότε πρέπει να δηλώνει την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
- Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 18, παρ. 2 του ΠΔ 118/2007).

1.2.1.3.2. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Δηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07 :

α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.

Επίσης, στην προσφορά τους, επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την αναθέτουσα αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

15PROC003401901_2015-11-30

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και η υπεύθυνη δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι ως άνω δηλώσεις φέρουν ψηφιακή υπογραφή και όταν υπογράφονται από τον ίδιο δεν απαιτείται θεώρηση. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.

Επί ποινή απόρριψης των προσφορών σημειώνεται ότι όπου ζητούνται και απαιτούνται οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να υποβάλλουν δηλώσεις αυτές θα πρέπει να συντάσσονται σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. * Βάσει του άρθρου 3§3 του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26-03-2014), οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις (καθώς και όπου αλλού στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται υπεύθυνη δήλωση) φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

1.2.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα

15PROC003401901_2015-11-30

του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Επίσης ο προσφέρων επισυνάπτει σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο (π.χ. xls ή word), το οποίο θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, τους πίνακες της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ'.

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω :

1.2.2.1. Τιμές

- Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου μέχρι και εντός των αποθηκών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
 - Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 - Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
 - Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 - Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 - Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις
- α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.
- β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι

15PROC003401901 2015-11-30

αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.

γ- Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:

I. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' .

II. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. [Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της οικονομικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την τιμή μονάδος (χωρίς ΦΠΑ). Οι υπόλοιπες πληροφορίες (π.χ. τεμάχια, συνολική αξία, Φ.Π.Α.) προκύπτουν αυτομάτως από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ και εμφανίζονται στην εκτύπωση].

III. Η συγκριτική τιμή διαμορφώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ' και τις τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα ΣΤ'. Συμπερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της συγκριτικής τιμής προς την βαθμολογία της.

Επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας εκτός Φ.Π.Α., υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και της επ'αυτού εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20%, όπως και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση.

- Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερους φορείς ή και περισσότερα είδη, η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για την μονάδα κάθε είδους χωριστά .

- Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά.

- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του κάθε προσφερομένου είδους χωρίς Φ.Π.Α.

- Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή κάθε είδους δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη του είδους.

- Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν

15PROC003401901 2015-11-30

επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς .

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

1.2.2.2. Τρόπος Πληρωμής

. Η πληρωμή της αξίας του εξοπλισμού στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του είδους/των ειδών.

.Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07) και την με αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, τα οποία έχουν ως εξής:

- (α) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
 - (β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη ή άλλο χώρο του δικαιούχου
 - (γ) Πρωτότυπο Τιμολόγιο του προμηθευτή
 - (δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή
 - (ε) Πρωτότυπος λογαριασμός Έργου.
 - (ζ) Καταστατικό σύστασης εταιρείας-Κ/Ξ.
 - (η) Συμβολαιογραφική πράξη ορισμού κοινού εκπροσώπου (για Κ/Ξ).
 - (θ) Βεβαίωση μη ενεχυρίασης (με γνήσιο υπογραφής του νομ.εκπρ.).
 - (ι) Φορολογική ενημερότητα.
 - (κ) Ασφαλιστική ενημερότητα.
 - (λ) Απόδειξη είσπραξης.
 - (μ) Πιστοποιητικό μη πτώχευσης της εταιρείας.
 - (ν) Πιστοποιητικό αίτησης για μη πτώχευση της εταιρείας.
 - (ξ) Πιστοποιητικό μη λύσης της εταιρείας.
 - (ο) Δήλωση ΦΠΑ (θεωρημένη από τη ΔΟΥ)
 - (π) Εξουσιοδότηση για την πληρωμή με γνήσιο υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου
- Επίσης χρειάζεται ο πλήρης φάκελος του διαγωνισμού της προμήθειας.

Επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2198/22-3-94, άρθρο 24, θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος στην καθαρή αξία συναλλαγής του τιμολογίου, 4% αν πρόκειται για τιμολόγιο πώλησης ή 8%, αν πρόκειται για τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση.

- Η αναθέτουσα αρχή, γίνεται υπερέμμερη, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόνους μόλις

15PROC003401901 2015-11-30

περάσει η προβλεπόμενη από το άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/07 προθεσμία, κατά τα ειδικότερα σ' αυτό οριζόμενα.

Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η αναθέτουσα αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («Επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 8 τουλάχιστον επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το επιτόκιο αναφοράς που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ν 4152/13/ΦΕΚ 107/Α/13 παρ. Ζ' περί καθυστέρησης πληρωμών).

1.2.2.3. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.

Οι προσφέροντες υποβάλλουν δήλωση, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τους, ότι δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται, οι ίδιοι ή οι κατασκευαστές του προϊόντος, ανηλίκους κάτω των 15 ετών κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας .

Επισημαίνεται ότι :

- Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα ση μαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
- **Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες**, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Δίξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
- Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσης αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

15PROC003401901 2015-11-30

- Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα είδη και για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά είδος.
- Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν ανά μονάδα (τεμάχιο) για κάθε είδος χωριστά.

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι τις και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:

- Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο-φακέλων των προσφορών.
- Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

15PROC003401901 2015-11-30

- Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών
- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.
- Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες
- οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα εξής στοιχεία:

- 1) Η τιμή
- 2) Η συμφωνία των προσφερομένων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στη διακήρυξη
- 3) Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας
- 4) Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (service) μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του προμηθευτή, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών.

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, θα αξιολογηθούν μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με όλους τους όρους της διακήρυξης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των ειδών θα πραγματοποιηθεί ανα είδος. Για κάθε είδος θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστή αξιολόγηση .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

(ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)

ΟΜΑΔΑ Α' (Συντελεστής Βαρύτητας 70%)	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Η συμφωνία του προσφερόμενου εξοπλισμού με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης	50 %

15PROC003401901_2015-11-30

Ποιότητα και αποδοτικότητα του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης – βελτιωμένα χαρακτηριστικά	10 %
Λειτουργικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού	10 %
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΟΜΑΔΑΣ	70 %
ΟΜΑΔΑ Β' (Συντελεστής Βαρύτητας 70%)	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Εγγύηση καλής λειτουργίας	7 %
Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης και παρεχόμενο service από τον προμηθευτή	15 %
Εγκατάσταση συγκροτήματος - Επίδειξη λειτουργίας – Εκπαίδευση προσωπικού	8 %
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β' ΟΜΑΔΑΣ	30 %
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ	100 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ**(ΑΦΟΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 & 2)**

ΟΜΑΔΑ Α' (Συντελεστής Βαρύτητας 80%)	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Η συμφωνία του προσφερόμενου εξοπλισμού με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης	60 %
Ποιότητα και αποδοτικότητα του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης – βελτιωμένα χαρακτηριστικά - Λειτουργικά χαρακτηριστικά	20 %
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΟΜΑΔΑΣ	80 %
ΟΜΑΔΑ Β' (Συντελεστής Βαρύτητας 20%)	
Εγγύηση καλής λειτουργίας	10 %
Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης και παρεχόμενο service από τον προμηθευτή	10%
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β' ΟΜΑΔΑΣ	20 %
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ	100 %

15PROC003401901_2015-11-30

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

(ΑΦΟΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 3 & 4)

ΟΜΑΔΑ Α' (Συντελεστής Βαρύτητας 70%)	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Η συμφωνία του προσφερόμενου εξοπλισμού με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης	50 %
Λειτουργικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού - Ποιότητα και αποδοτικότητα του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης – βελτιωμένα χαρακτηριστικά	20 %
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΟΜΑΔΑΣ	70 %
ΟΜΑΔΑ Β' (Συντελεστής Βαρύτητας 30%)	
Εγγύηση καλής λειτουργίας	10 %
Εγκατάσταση συγκροτήματος - Επίδειξη λειτουργίας – Εκπαίδευση προσωπικού Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης και παρεχόμενο service από τον προμηθευτή	20 %
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β' ΟΜΑΔΑΣ	30 %
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ	100 %

Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς

Όσον αφορά στην αξιολόγηση των βαθμολογούμενων στοιχείων της Ομάδας Α-Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης:

Όλα τα είδη βαθμολογούνται αυτόνομα με 100 βαθμούς, όταν καλύπτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης..

Όσες προσφορές συγκεντρώσουν βαθμολογία μικρότερη των 100 βαθμών, για οποιοδήποτε βαθμολογούμενο στοιχείο, αποκλείονται της περαιτέρω αξιολόγησης, ως τεχνικά και λειτουργικά अपαράδεκτες.

Συνολική Σταθμισμένη Βαθμολογία (B) ανά είδος της τεχνικής προσφοράς προκύπτει ως το άθροισμα των γινομένων των συντελεστών βαρύτητας κάθε κριτηρίου, ήτοι :

(α) K_i = Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς

(β) B_i = Σταθμισμένη Βαθμολογία, δηλαδή το άθροισμα της βαθμολογίας των επιμέρους στοιχείων κάθε ομάδας κριτηρίων αξιολόγησης επί τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας της Τεχνικής

15PROC003401901_2015-11-30

Προσφοράς Γ. Τα κριτήρια και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας δίνονται στη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου της παρούσας Διακήρυξης.

Συγκεκριμένα: Σταθμισμένη Βαθμολογία Προσφοράς = (.....ΧΒαθμ Α1) + (.....ΧβαθμΑ2) +..... (.....ΧβαθμΒ1) + (.....ΧβαθμΒ2)

Όπου βαθμΑ1, βαθμΑ2,..... βαθμΒ1, βαθμΒ2..... : βαθμολογία κριτηρίου Α1, Α2,...., Β1, Β2,.....

Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή Προσφοράς όπως περιγράφεται στον Πίνακα οικονομικής προσφοράς .

Όλα τα επιμέρους κριτήρια των ειδών βαθμολόγησης, βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι η Προσφορά με το μικρότερο Λ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας του Λ μεταξύ δύο προσφορών θα επιλεγεί η προσφορά εκείνη που έχει τη μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές (ΠΔ 118/2007 Άρθρο 21 παρ. β).

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07.

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς υπολογίζεται ένας δείκτης Λ για κάθε υποψήφιο ανάδοχο και για κάθε είδος , σύμφωνα με τη σχέση που ακολουθεί :

Συγκριτική Τιμή

Λ= -----

Συνολική Σταθμισμένη Βαθμολογία

Συμφερότερη προσφορά για κάθε είδος θεωρείται αυτή που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο Λ. Συγκριτική τιμή είναι η τιμή προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί ανα είδος, στον προμηθευτή που έχει υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα προσφορά (ήτοι το μικρότερο λόγο Λ για το συγκεκριμένο είδος)
2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιμήσεως ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

15PROC003401901_2015-11-30

3. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η διαπίστωση για ασυμφωνία ή συμφωνία των προσφορών με τους απαραίτατους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και η βαθμολόγηση των προσφορών γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού (Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων).
4. Η Επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της, μπορεί να προτείνει, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΠΔ 118/07:

Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του υπό στοιχείο ΙΙ της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 20 του ΠΔ 118/07. ο Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:

- Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό.
- Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΣΗ

1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το αρμόδιο Διοικητικό Όργανο και ανακοινώνεται εγγράφως στον ανάδοχο.
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
3. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
4. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση εντός του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία χρονικού διαστήματος, τότε κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος με απόφαση του ΔΣ, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007

15PROC003401901 2015-11-30

5. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης μετά τη σύναψη και την υπογραφή της.
6. Το κείμενο της σύμβασης κασιχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός καταδήςλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
7. Για κάθε διαφορά που αφορά τη διακήρυξη και την σύμβαση ο προμηθευτής υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων
8. Πριν την υπογραφή της Σύμβασης, αν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των €5.000.000,00 χωρίς ΦΠΑ, υπόκειται στη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου από κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ν.3614/2007, αρθ.25)

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις παραγράφους 4.1 και 4.2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμεναδικαιολογητικά) από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

4.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.

Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι :

4.1.1. Οι Έλληνες πολίτες :

- 4.1.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4.1 έγγραφη ειδοποίηση, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,
 - i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι
 - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
 - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
 - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των

15PROC003401901 2015-11-30

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305),
- ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάψουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

- 4.1.1.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
- 4.1.1.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
- 4.1.1.4 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 4.1.1.2, 4.1.1.3 και 4.1.1.4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

- 4.1.1.5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της

15PROC003401901.2015-11-30

επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.

4.1.2. Οι αλλοδαποί :

- 4.1.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της ως άνω παραγράφου 4.1.1.1.
- 4.1.2.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
- 4.1.2.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
- 4.1.2.4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
- 4.1.2.5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

4.1.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :

- 4.1.3.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 4.1.1 και αντίστοιχα.
 Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε. , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και ΙΚΕ τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
- 4.1.3.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου

15PROC003401901 2015-11-30

εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)

4.1.3.3. Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α'153)

4.1.4. Οι συνεταιρισμοί :

4.1.4.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 4.1.1.1.

4.1.4.2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 4.1.1.2, 4.1.1.3 και 4.1.1.4 της παραγράφου 4.1.1, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων 4.1.2.2, 4.1.2.3 και 4.1.2.4. της παραγράφου 4.1.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης 4.1.3.2 της παραγράφου 4.1.3.

4.1.4.3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

4.1.5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με

15PROC003401901 2015-11-30

διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που **δεν** έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.

6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη συμφερότερη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη συμφερότερη προσφορά και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται

15PROC003401901 2015-11-30

από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ίδιου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07.

7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

-Ενστάσεις -προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 και Ν. 3886 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α/30-10-10) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 Ν.4055/12 (Α51)], μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια

υπηρεσία ή βάσει του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ/Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ1163/3-7-13 (ΦΕΚ 1675/β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

-Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος-συμμετέχων, που θεωρεί ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με

15PROC003401901 2015-11-30

τις διατάξεις του Ν. 3886/2010.

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, ασκείται υποχρεωτικά, εντός δέκα (10) ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της αντίστοιχης πράξης ή παράλειψης και ενώπιον της αναθέτουσας Αρχής, προσφυγή, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στο θιγόμενο από τυχόν μερική ή ολική παραδοχή της.

Η σχετική απόφαση εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την άσκηση της προσφυγής, άλλως τεκμαίρεται σιωπηρή απόρριψή της.

Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής, η άσκηση αυτής καθώς και η προθεσμία για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων και η άσκηση αυτής κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης.

Η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010.

8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την προκηρυχθείσα ποσότητα μέχρι ποσοστού 30% , εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% και μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
3. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την Δ/ξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του προμηθευτού.
4. Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

9.1. Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ

- 9.1.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, ή στα Κράτη- μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α'139) και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το

15PROC003401901 2015-11-30

Ε.Τ.Α.Α.-Τα.ΣΜ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

- 9.1.2. Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό , αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ .
- 9.1.3. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 30 ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Δ/ξη.
- 9.1.4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης και της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα.
- 9.1.5. Οι εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.
- 9.1.6. Η απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας και οι ειδικότεροι όροι γι' αυτή ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' των Τεχνικών Προδιαγραφών της Δ/ξης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα αρθ. 157 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/Α'/8-2014) και στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13.

9.2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το % αυτού μεεπιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων(σχετ. αρ. 26 του Κ. Π.Δ.) ή να μετατίθεται .

10. ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα.

15PROC003401901_2015-11-30

11. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012) .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΓ'

15PROC003401901 2015-11-30
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: (Αναγράφεται η επωνυμία της εταιρίας)

15PROC003401901 2015-11-30

Που αφορά στον διαγωνισμό με

τίτλο.....

..... αρ. Διακήρυξης 65/2015

A

B

Γ

Δ

E

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]	ΦΠΑ [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€]
		(1)				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ		

Σημείωση: Ως ποσότητα πρέπει να αναγράφεται το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας σε τεμάχια. Η συνολική αξία (χωρίς ΦΠΑ) προκύπτει από το γινόμενο της τιμής μονάδος (χωρίς ΦΠΑ) επί την ποσότητα. Το άθροισμα των Συνολικών Αξιών (χωρίς ΦΠΑ) της στήλης Γ' αποτελεί την «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ».

Σημείωση για την ηλεκτρονική υποβολή της οικονομικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ:

Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν **μόνο** το συνολικό κόστος (1) της στήλης Α'. Οι υπόλοιπες στήλες (Β'- Γ'- Δ'- Ε') προκύπτουν αυτομάτως από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ και εμφανίζονται στην εκτύπωση.

* Επισημαίνεται ότι πρέπει να συμπληρωθεί ένα (1) έντυπο οικονομικής προσφοράς για κάθε είδος με τον αύξοντα αριθμό αυτού (ή για κάθε υποείδος, όσον αφορά τα είδη με αύξοντα αριθμό _____).

*

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

15PROC003401901_2015-11-30

1. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποψήφιοι παρακαλούνται ώστε οι αναφορές σε επιμέρους στοιχεία προδιαγραφών να περιλαμβάνουν τον αναλυτικό κωδικό είδους ώστε να αποφεύγονται παρανοήσεις .
2. Τα Prospectus, που ζητούνται από τη Διακήρυξη, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει τα κατατιθέμενα Prospectus να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του Prospectus του κατασκευαστικού οίκου.
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την παραλαβή του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του υπό προμήθεια είδους προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εκτός των αναλώσιμων υλικών. Εκεί που απαιτείται, περιλαμβάνεται στην πλήρη εγγύηση και η υποχρέωση του προμηθευτή και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτικά χρονικά διαστήματα, ώστε το υπό προμήθεια είδος να είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας και ετοιμότητας.
4. Ο προμηθευτής υποχρεούται πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπεζής καλής λειτουργίας των ειδών, εκ ποσοστού ίσου με το 2,5% της συμβατικής αξίας αυτών χωρίς Φ.Π.Α. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών.
5. Η εγκατάσταση του συστήματος θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά από ειδικευμένο τεχνικό του προμηθευτή εκπαιδευμένο στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστικού οίκου. Επίσης κατά την εγκατάσταση του συστήματος του εκάστοτε εργαστηρίου απαιτείται επί τόπου εκπαίδευση τουλάχιστον 2 χειριστών .
6. ανάδοχος υποχρεούται στην παράδοση του εξοπλισμού στο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, διαφορετικά δεν θα γίνει η παραλαβή τους.
7. ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή ανταλλακτικών τουλάχιστον για μία επταετία, μετά την αγορά του συστήματος και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές κάθε είδους όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΣΤ
8. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-11-30

1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α) Παραδόθηκε ολόκληρη η συμβατική ποσότητα

β) Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε

γ) Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις

ή εκπτώσεις

δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση

2. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

1. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, είναι αυτός που ορίζεται στο Παράρτημα Α.1 της παρούσης, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων (σχετ. αρ. 26 του Π.Δ. 118/2007).
2. Η παράδοση θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις οδηγίες του Νοσοκομείου και θα υλοποιηθεί εντός 120 ημερών από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης. Η οργάνωση της παράδοσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα παραρτήματα (Δ) και (Ζ) καθώς επίσης και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δώσει η υπηρεσία στους αναδόχους με την υπογραφή της σύμβασης.
3. Ο ανάδοχος κατά την παράδοση, υποχρεούται να μεταφέρει τον εξοπλισμό στην τελική του τοποθεσία, να τον εγκαταστήσει και να τον θέσει σε καλή λειτουργία, σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου γι'αυτό το λόγο προσωπικού του Νοσοκομείου.
4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το % αυτού, ύστερα από το σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το Α αυτού. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία, το χώρο υποδοχής των υποπρομήθεια ειδών και την αρμόδια Επιτροπή ανάθεσης, αξιολόγησης, παρακολούθησης, παραλαβής, προμηθειών - υπηρεσιών του εκάστοτε Τμήματος για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τον εξοπλισμό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
4. Μετά την παράδοση του εξοπλισμού, ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει στην

Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο (υπογεγραμμένο) από τον υπεύθυνο που παρέλαβε τον εξοπλισμό, στα οποία να αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής του εκάστοτε Νοσοκομείου, εφόσον τα είδη έχουν εγκατασταθεί και βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία στους χώρους που έχει υποδείξει η Υπηρεσία.
2. Κατά την παραλαβή του εξοπλισμού διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος.
3. Μετά το πέρας των ελέγχων η Επιτροπή Παραλαβής του εκάστοτε Νοσοκομείου θα συντάξει οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής (ή απόρριψης) του εξοπλισμού.
4. Σε περίπτωση απόρριψης του εξοπλισμού από κάποια Επιτροπή παραλαβής, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 27, παρ. 4 & 5 του Π.Δ.118/2007
5. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις αρμόδιες Επιτροπές θα κοινοποιηθούν υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.
6. Τα υπό προμήθεια είδη του εξοπλισμού μπορούν να τεθούν σε εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους από το Νοσοκομείο
7. Η Επιτροπή παραλαβής του εκάστοτε Τμήματος υποχρεούνται για την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής εντός του χρόνου που καθορίζεται στη σύμβαση.
8. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από τις Επιτροπές παραλαβής του εκάστοτε Τμήματος μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, τότε θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου. Η πληρωμή του προμηθευτή γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την Υπηρεσία που παρέλαβε τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης αυτών.
9. Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής των υλικών αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των υλικών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προσφερόμενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

Σημειώνεται ότι όπου γίνεται αναφορά σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τύπους και αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, εννοείται και οποιοδήποτε ισοδύναμο προϊόν.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

15PROC003401901 2015-11-30 ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΠΟΦΡΥΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜΑΧ.		
		ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
Σπειρόμετρο Φορητό	1	2.460,00	2.460,00
Ψυγείο φαρμάκων	1	1.000,00	1.000,00
Τροχήλατο Επείγοντων – Ατυχημάτων	1	5000	5.000,00
Ζυγαριά – Αναστημόμετρο	2	300	600,00
Τροχήλατο Νοσηλείας – Φαρμάκων	2	1.800,00	3.600,00
Εξεταστική κλίνη BOOM	1	900,00	900,00
Σετ κλινής Νοσηλείας	2	1.200,00	2.400,00
Ψυγείο εργαστηρίων	1	2.200,00	2.200,00
Προθρομβινόμετρο	1	800,00	800,00
Ανακινητήρας	1	1.000,00	1.000,00
Τέντα Οξυγόνου	1	1500	1.500,00
Τροχήλατο ιματισμού/οργάνων, μεσαίο	1	300,00	300,00
Αναπηρικό Αμαξίδιο	2	80,00	160,00
Φορείο μεταφοράς ασθενών	1	800,00	800,00
Μετρητής Σακχάρου	2	240	480,00
Πολυθρόνα αιμοληψίας	1	1000	1.000,00
Πιπέττα σταθερού όγκου, σετ	1	185	185,00
Πιπέττα μεταβλητού όγκου, σετ	1	300	300,00
Απιονιστής νερού	1	300	300,00
Φυγόκεντρος	1	2700	2.700,00
Αναρρόφηση Τροχήλατη	1	1000	1.000,00
Υδατόλουτρο	1	900	900,00
Κλίβανος επωαστικός	1	2500	2.500,00
σύνολα:	28		32.085,00

1. ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΟ ΦΟΡΗΤΟ

15PROC003401901-2019-11-30
 1. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220-240V/50Hz, και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

2. Να διαθέτει μεγάλη οθόνη που θα απεικονίζονται όλες οι μετρήσεις και οι γραφικές παραστάσεις καθώς και τα διάφορα μηνύματα.
3. Να έχει την δυνατότητα μέχρι 6000 μετρήσεις μνήμης.
4. Να έχει την δυνατότητα καταγραφής μέχρι και 1000 οξυμετρίες.
5. Να διαθέτει την δυνατότητα απευθείας σύνδεση με υπολογιστή με χρήση εικόνων σε διασυνδετική διάταξη.
6. Με χρήση καμπυλών, να φαίνεται σε πραγματικό χρόνο στον Η/Υ η σχέση μεταξύ ροής/έντασης και έντασης/χρόνου.
7. Να έχει διαγραμματική απεικόνιση των βροχιών επεισοδίων, που προκαλούνται με την χρήση του τεστ FEV1.
8. Να συμπεριλαμβάνεται μια σειρά από επιλογές για το χρήστη όσον αφορά στις παιδιατρικές απεικονίσεις.
9. Να έχει δυνατότητα εκτίμησης ηλικίας πνεύμονα.
10. Να διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας και αισθητήρα ροής
11. Να δοθεί προς αξιολόγηση το εύρος ροής, η ακρίβεια έντασης, η ακρίβεια ροής
12. Δυνατότητα μέτρησης SPO₂ (προαιρετικά)
13. Να δοθεί προς αξιολόγηση το εύρος παλμών και η ακρίβεια παλμών
14. Ολοκληρωμένο οξύμετρο δακτύλου και γραφική απεικόνιση παλμών καρδιάς.
15. Να διαθέτει έξοδο για σύνδεση με εξωτερικό εκτυπωτή, καθώς και ενσωματωμένο εκτυπωτή θερμικού τύπου ώστε να εκτυπώνει όλες τις μετρούμενες παραμέτρους και τις καμπύλες.
16. Να έχει δυνατότητα γνωμάτευσης πάνω στο τελικό τεστ από το γιατρό.

2. ΨΥΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ψυγείο φαρμάκων πάγκου.

1. Να είναι χωρητικότητας περίπου 150 λίτρων
2. Η ρύθμιση θερμοκρασίας να είναι από +2° έως +8° C
3. Να διαθέτει πόρτα με διπλό τζάμι
4. Να διαθέτει συμπιεστή αθόρυβο, CFC –free.
5. Να διαθέτει κλειδαριά για άνοιγμα – κλείσιμο.
6. No frost τεχνολογία
7. Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις θερμοκρασίας
8. Να διαθέτει καταγραφικό θερμοκρασίας.
9. Να διαθέτει ηχητικό και οπτικό συναγερμό για υπέρβαση ορίων θερμοκρασίας (υψηλή/χαμηλή) και ανοιχτής πόρτας

10. Να είναι εξοπλισμένο με ράφια και διατήρησης ψύχους.

11. Μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις w 60 x h 80 cm

12. Να είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε πάγκο εργαστηρίου

3. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ - ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Το τροχήλατο επειγόντων θα πρέπει:

1. να έχει επιφάνεια εργασίας από πλαστικό τεχνοπολυμερές υλικό και σκελετό από ανοξείδωτο χάλυβα με φινίρισμα υψηλής αισθητικής και ασφαλείας, το οποίο δεν οξειδώνεται και εξασφαλίζει μέγιστη υγιεινή.
2. Να διαθέτει εργονομική λαβή για εύκολη μεταφορά
3. Να διαθέτει 4 αντιστατικούς τροχούς με προσκρουστήρες (Φ125mm περίπου), με επιφάνειες κύλισης από πολυουρεθάνη, μαλακή και αθόρυβη που δεν αφήνει ίχνη. Οι δύο τροχοί να φέρουν φρένο.
4. Να φέρει σύστημα στερέωσης τροχών για άριστη φορητότητα
5. Να διαθέτει σύστημα κεντρικού κλειδώματος με κλειδαριές ασφαλείας και στατό ορού από ανοξείδωτο χάλυβα, ρυθμιζόμενου ύψους
6. Να διαθέτει συρτάρια πλήρως ανοιγόμενα, συρόμενα με τηλεσκοπικούς οδηγούς με ρουλεμάν. Τα συρτάρια θα διαθέτουν σύστημα αυτόματου και ασφαλούς κλεισίματος ώστε να μην ανοίγουν όταν κινείται το τροχήλατο
7. Οι διαστάσεις κάθε συρταριού να είναι 600 X 400 mm , σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα

4. ΖΥΓΑΡΙΑ - ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ

Μηχανικός ζυγός με αναστημόμετρο, δηλαδή:

1. Μηχανικός ζυγός επιδαπέδιος αναλογικός (ρολόϊ) με μέγιστο βάρος ζύγισης 160 κιλά, με διαβάθμιση ανά 1 κιλό τουλάχιστον
2. Θα είναι στιβαρής κατασκευής, με πιστοποίηση CE.
3. Θα συνοδεύεται από επιτοίχιο αναστημόμετρο με ύψος 10 έως 230 cm και διαβάθμιση ανά 1 cm

5. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

1. Να είναι τροχήλατο με 4 αντιστατικούς τροχούς (ο ένας με φρένο) διαμέτρου 100mm περίπου, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10, με υπερυψωμένες περιφερειακές έδρες, με ελαστικούς προσκρουστήρες.
2. Να διαθέτει δυο ράφια και χερούλι κίνησης. Να διαθέτει ένα συρτάρι διαστάσεων περίπου(40x50x15cm). Η μετώπη του συρταριού θα είναι από συμπαγές απαραμόρφωτο, άθραυστο χωρίς πόρους πολυμερές πλαστικό, και θα φέρει εργονομικές χειρολαβές.
3. Οι επιφάνειες εργασίας να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, με στρογγυλεμένες γωνίες και άψογο φινίρισμα, εύκολα πλενόμενες, ανθεκτικές στα απολυμαντικά και να φέρουν προστατευτικά στις τρεις πλευρές

4. Οι διαστάσεις του να είναι περίπου 70 X 50 X 80 cm ύψος (\pm 10%).

5. Να έχει δυνατότητα τοποθέτησης ανοξείδωτου δοχείου με στεφάνι και κάδου απορριμμάτων.

6. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ BOOM

1. Η κλίνη να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν γυναικολογική εξεταστική κλίνη.
2. Οι ρυθμίσεις κινήσεων να γίνονται με χειριστήριο ή με ποδοδιακόπτη.
3. Να διαθέτει την κίνηση TRENDELENBURG. Η επιφάνεια κατάκλισης της κλίνης χωρίζεται σε τρία τμήματα (πλάτης, λεκάνης και ποδών
4. Να είναι κατασκευασμένη από ηλεκτροστατική βαφή μεταλλικού πλαισίου.
5. Να διαθέτει μοτέρ αυξημένης ισχύος
6. Να διαθέτει ανοξείδωτες μπάρες για προσαρμογή αξεσουάρ. Το μήκος επιφανείας να μην ξεπερνά τα 115 cm.
7. Να διαθέτει την δυνατότητα προσαρμογής προέκτασης των κάτω άκρων για αύξηση εξεταστικής επιφάνειας.
8. Να διατίθεται με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ
9. Μέγιστο επιτρεπόμενο όριο βάρους: 180 k

7. ΣΕΤ ΚΛΙΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

1. Αποτελούμενο από κλίνη ασθενούς και κομοδίνο
2. Η κλίνη να διαιρείται σε τέσσερα τμήματα, τρία κινητά κι ένα σταθερό.
3. Διαστάσεις περίπου: Εξωτερικές 2200X960 χιλ. Επιφάνεια ύπνου 2000X880 χιλ.
4. Οι κινήσεις να εκτελούνται ως εξής:
5. Ανύψωση ερεισίνωτου πλάτης με gas spring
6. Ανύψωση ερεισίνωτου λεκάνης και ποδιών με gas spring
7. Οι παραπάνω κινήσεις να φέρουν μηχανισμό ανοξείδωτο, για χειροκίνητη λειτουργία, σε περίπτωση βλάβης των gas springs.
8. Η επί πλέον κίνηση του τμήματος των ποδιών να γίνεται με διπλή σκαλιέρα, επικαλυμμένη από οδοντωτό συμπαγές υλικό TEFLON ή νάϊλον.
9. Η βάση της κλίνης να είναι κατασκευασμένη από ασάλι, κατάλληλης αντοχής.
10. Ο σκελετός της κλίνης να είναι κατασκευασμένος από ασάλι κατάλληλης αντοχής και να έχει τουλάχιστον 2 θέσεις για στατό ορών, από τη πλευρά της πλάτης.
11. Τα ερεισίνωτα να είναι κατασκευασμένα από ασάλι κατάλληλης αντοχής.
12. Η επιφάνεια κατάκλισης (σωμιές) να είναι κατασκευασμένη από ασάλινο πλέγμα, περιμετρικά συγκολλημένο σε ασάλι, το οποίο να κουμπώνει στο μεταλλικό σκελετό της κλίνης και να προσθαφαιρείται εύκολα.
13. Ο σκελετός των μετώπων να κατασκευαστεί από σωλήνα ανοξείδωτη, ευκόλως προσθαφαιρούμενη. Οι μετώπες θα είναι κατασκευασμένες από φαινοπλαστικό υλικό, μή

παραμορφούμενο, χωρίς πόρους, βραδύκαυστο, με υψηλή αντοχή στο νερό (χωρίς

15PROC009401901 2015-11-30

14. Η κλίνη θα φέρει τέσσερεις (4) τροχούς Φ125Χ32 χιλ. αντιστατικούς, με κεντρικό σύστημα φρένου. Ο ένας τροχός θα φέρει κατευθυντήριο, για ευθύγραμμη πορεία.
15. Η κλίνη θα φέρει τέσσερεις (4) προσκρουστήρες Φ100 χιλ. στις 4 γωνίες του σκελετού.
16. Η βαφή της κλίνης θα είναι ηλεκτροστατική.
17. Η κλίνη θα συνοδεύεται από σετ πλευρικών προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, βαμμένων στο χρώμα των κλινών, τα οποία θα ανοίγουν εύκολα με περιστροφή.
18. Η κλίνη θα συνοδεύεται με ένα στατό ορού ανοξειδωτο, με διπλό άγκιστρο.
19. Η κλίνη θα φέρει ανοξειδωτη διαγραμματοθήκη.
20. Η κλίνη θα φέρει επίσης στρώμα ελαφρύ και άνετο το οποίο να αποτελείται εσωτερικά από αφρώδες υλικό υψηλής ελαστικότητας και προσαρμοστικότητας. Το κάλυμμα να είναι κατασκευασμένο από ελαστικό υλικό μεγάλης αντοχής, να είναι αδιάβροχο, αντιμικροβιακό, αντιστατικό και βραδύκαυστο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία EN 597-1 & EN 597-2 (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά). Το στρώμα θα πρέπει να απολυμαίνεται εύκολα και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές.
21. Το κομοδίνο θα έχει διαστάσεις περίπου: 550Χ400Χ880 χιλ.
22. Το κομοδίνο θα αποτελεί ενιαίο σύνολο με τη κλίνη νοσηλείας και θα είναι διπλής όψης, με ενσωματωμένη τραπεζοτουαλέτα.
23. Το συρτάρι θα φέρει πλαστική θήκη που θα αφαιρείται εύκολα. Το ντουλάπι θα φέρει κινητό ράφι. Εσωτερικά των θυρών θα υπάρχουν υποδοχές για μπουκάλι. Σε κάθε πλευρά του κομοδίνου θα υπάρχει πετσετοθήκη.
24. Το καπάκι του κομοδίνου κι η τραπεζοτουαλέτα θα είναι κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό καλουπωτό υλικό ABS, με υπερυψωμένα χείλη περιμετρικά.
25. Ο μηχανισμός της τραπεζοτουαλέτας θα είναι αρθρωτός, ανθεκτικός και θα φέρει τη τραπεζοτουαλέτα περάλληλα με το κομοδίνο, όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο σκελετός του μηχανισμού θα είναι από ανοξειδωτη σωλήνα Φ25 και πάχους τουλάχιστον 1,5 χιλ, ποιότητας 18/3. Ομοίως κι ο μηχανισμός. Επί πλέον, θα φέρει δεύτερο ανοξειδωτο μηχανισμό (18/8), ο οποίος, κατά το κλείσιμο της τραπεζοτουαλέτας, θα προστατεύει το κομοδίνο και τον ίδιο το μηχανισμό, από το βάρος της τραπεζοτουαλέτας.
26. Η τραπεζοτουαλέτα, όταν θα είναι κλειστή, να μην εξέχει του μεταλλικού σκελετού.
27. Η όλη κατασκευή να φέρει τέσσερεις (4) αντιστατικούς τροχούς Φ50 και θα είναι πολυεστερικά βαμμένη.

8. ΨΥΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

1. Να είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής.
2. Να λειτουργεί με το ρεύμα πόλεως 220V/50Hz
3. Η θερμοκρασία να είναι ρυθμιζόμενη από +2 C έως +10 C.
4. Η θερμοκρασία στο θάλαμο να είναι ομοιόμορφη.

5. Να διαθέτει λεία εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια .
6. Να φωτίζεται ο θάλαμος από φωτιστικό σώμα φθορίου
7. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης απόψυξης
8. Να διαθέτει κρυστάλλινη ανοιγόμενη πόρτα αποτελούμενη από τριπλό αντιθαμβωτικό κρύσταλλο.
9. Να διαθέτει ηλεκτρονική ένδειξη θερμοκρασίας.
10. Η χωρητικότητα του να είναι περίπου από 100 έως 150 lit.

9. ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΟΜΕΤΡΟ

(ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΗΞΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)

1. Ο αναλυτής να εκτελεί PT (INR), APTT και Ινωδογόνο .
2. Να διαθέτει 2 έως 4 θέσεις επώασης και 1 θέση μέτρησης
3. Να είναι απλός στην χρήση του, και μικρών διαστάσεων.
4. Να διαθέτει οθόνη που να εμφανίζονται οι λειτουργίες και τα στάδια κάθε εξέτασης και τα αποτελέσματα .
5. Να διαθέτει 2 φίλτρα μέτρησης
6. Να διαθέτει έξοδο για σύνδεση με Η/Υ και εκτυπωτή .
7. Τα αποτελέσματα PT να δίδονται αυτόματα και σε τιμές INR προκειμένου να παρακολουθούνται άμεσα οι ασθενείς με αντιπηκτική θεραπεία.
8. η βαθμονόμηση των αντιδραστηρίων να γίνεται αυτόματα χωρίς την χρήση αντιδραστηρίων βαθμονόμησης.
9. Να διαθέτονται και να προσφερθούν υγρά ποιοτικού ελέγχου για τις αντίστοιχες εξετάσεις .
10. Να αναφερθούν αναλυτικά τα αναλώσιμα που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία του αναλυτή.

10. ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Ο ανακινητήρας φιαλιδίων θα πρέπει:

1. Να ανακινεί περιστροφικά και με κλίση τα φιαλίδια
2. Να δέχεται διάμετρο φιαλιδίων έως 35 mm και μήκος έως 24 cm
3. Να έχει μεταβλητή ταχύτητα από 10 - 80 rpm
4. Να είναι εύχρηστο
5. Να διαθέτει σήμανση CE
6. Να έχει εγγύηση δύο (2) ετών

11. ΤΕΝΤΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

1. Θα αποτελείται από ένα ενιαίο κομμάτι από πολυκαρβονικό υλικό αυτοκαθαριζόμενο (autoclavable).
2. Θα φέρει ρυθμιζόμενο πτερύγιο σιλικόνης για προστασία από τραυματισμό του λαιμού.

3. Θα υπάρχει διμερής παροχή οξυγόνου κατά τρόπο που εμποδίζει την άμεση ροή κρύου οξυγόνου στο κεφάλι του ασθενούς.
4. Διαστάσεις περίπου: ύψος: 7.5 ίντσες πλάτος: 8,5 ίντσες.
5. Να δοθεί αναλυτική περιγραφή προς αξιολόγηση

12. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ/ΟΡΓΑΝΩΝ, ΜΕΣΑΙΟ

1. Τροχήλατο ιματισμού αποτελούμενο από δύο τμήματα, το ένα με διπλή στεφάνη συγκράτησης και τοποθέτησης σάκκων ακαθάρτου ιματισμού και ποδοκίνητο καπάκι και το άλλο τμήμα κλειστού τύπου, με ανοιγόμενες πόρτες, για τη τοποθέτηση καθαρού ιματισμού.
2. Να διαθέτει τέσσερις τροχούς περιστρεφόμενης στήριξης, ελαστικούς δίσκους απορρόφησης κραδασμών.
3. Θα φέρει εσωτερικά τρία ράφια.
4. Το κλειστό μέρος θα κατασκευασθεί από μοριοσανίδα αμφίπλευρα επενδεδυμένη από μελαμίνη
5. Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα.
6. Διαστάσεις περίπου: 100X60X130 εκ.

13. ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ

1. Αναπηρικό αμαξίδιο μεταφοράς ασθενών, αναδιπλωμένου τύπου.
2. Να είναι κατασκευασμένο από χρώμιο.
3. Οι ρόδες να έχουν διάμετρο Φ 60 και Φ 20 και να διαθέτουν φρένα.
4. Το βάρος να μην ξεπερνά τα 18 κιλά

14. ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

1. Το φορείο θα πρέπει να είναι καινούργιο, ανθεκτικής κατασκευής .
2. Να είναι διαστάσεων περίπου 180 cm X 60 cm X 80cm (Μήκος X Πλάτος X Ύψος).
3. Ο σκελετός του να είναι κατασκευασμένος από inox σιδεροσωλήνα
4. Υδραυλική αυξομείωση ύψους 60-90 cm.
5. Να φέρει τέσσερις περιστρεφόμενους (4) τροχούς, δύο από τους οποίους να διαθέτουν φρένο.
6. Η άνω επιφάνεια να είναι αποσπώμενη και να διαθέτει χειρολαβές.
7. Να διαθέτει καλής ποιότητας ταπετσαρία η οποία να είναι ανθεκτική και σε χημικά απολυμαντικά.
8. Να διαθέτει θέσεις για φιάλη οξυγόνου, στατώ ορρού και ιματισμό.
9. Να φέρει πλαϊνά προστατευτικά.

15. ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ

1. Να ενδείκνυται για την χρήση μέτρησης των τιμών γλυκόζης, χοληστερίνης και ουρικού οξέως στο αίμα

2. Να διαθέτει μεγάλη οθόνη με φωτισμό
3. Να διαθέτει μνήμη για τις τελευταίες τουλάχιστον 50 μετρήσεις
4. Να έχει τη δυνατότητα υπολογισμού μέσου όρου, εβδομάδας και μήνα
5. Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης και μεταφοράς των δεδομένων σε Η/Υ
6. Να διαθέτει μπαταρία μακράς διάρκειας

16. ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

1. Η καρέκλα αιμοληψίας θα έχει κάλυμμα βινυλίου, με αφρώδες υπόστρωμα.
2. Η πλάτη θα είναι ανακλινόμενη.
3. Θα φέρει ανατομικά στηρίγματα βραχιόνων, επενδεδυμένα με το ίδιο υλικό καθίσματος.
4. Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτους, επιχρωμιωμένους σωλήνες.

17. ΠΙΠΕΤΤΑ, ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ, ΣΕΤ

1. Σετ έξι σταθερού όγκου πιπεττών, με άκρες μίας χρήσης.
2. Οι όγκοι να είναι 10, 25, 50, 100, 500, 1000 μικρόλιτρα.
3. Οι πιπέττες να έχουν κουμπί αφαίρεσης των άκρων.
4. Ο άξονας των πιπεττών, το έμβολο και το ελατήριο του εμβόλου να είναι αυτοκλιβανιζόμενα.
5. Να διατίθενται με στατό.

18. ΠΙΠΕΤΤΑ, ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ, ΣΕΤ

1. Σετ πέντε πιπεττών μεταβλητού όγκου, με ψηφιακή ένδειξη της επιλεγείσας τιμής όγκου, αυτόματη αφαίρεση του άκρου, κατάλληλες για άκρα μίας χρήσης.
2. Οι όγκοι να είναι: 0,5-10, 2-20, 20-200, 500-1000 μικρόλιτρα.
3. Να δέχονται άκρα όλων των τύπων.
4. Εύκολη επιλογή όγκου και καλιμπραρίσματος.

19. ΑΠΙΟΝΙΣΤΗΣ ΝΕΡΟΥ

1. Ο απιονιστής νερού θα παράγει 100% απεσταγμένο και απιονισμένο νερό με ασφαλή τρόπο. Θα παράγει 0,6 λίτρα νερού ανά ώρα περίπου.
2. Θα είναι εξοπλισμένος με θερμοστάτη αυτόματου ελέγχου και με σύστημα μπλοκαρίσματος μετά το τέλος της λειτουργίας.
3. Θα περιέχει ενεργά φίλτρα ψύξης, δοχείο απορρυπαντικού και δοχείο για την παραγωγή απεσταγμένου νερού.
4. Τάση λειτουργίας 220V / 50-60 Hz

20. ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ

1. Φυγόκεντρος επιτραπέζια, ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή. Μεταβλητής ταχύτητας

έως 3500 rpm.

2. Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη της παχύτητας και του χρόνου.

3. Χρονοδιακόπτη, ρυθμιζόμενο έως 90 min. Να έχει θέση συνεχούς λειτουργίας.
4. Να διαθέτει αφαιρούμενη κεφαλή με κάδους και καλύμματα βιολογικής ασφάλειας και υποδοχείς για σωληνάρια 28X15 και 36X7 ml.
5. Να διαθέτει ηλεκτρικό φρένο, ελεγχόμενο ηλεκτρονικά.
6. Δυνατότητα να δεχθεί διαφορετικούς τύπους κεφαλών (αιματοκρίτη, πλάκες μικροτίτλων, γωνιακές κεφαλές). Να διαθέτει σύστημα ασφάλειας για το αυτόματο σταμάτημα σε περίπτωση ανισοζύγησης και ένδειξη ανισοζύγησης.
7. Να διαθέτει κλειδωμα καλύμματος. Ο κινητήρας να είναι κινείται επαγωγικά (χωρίς ψήκτρες).

21. ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ

1. Να είναι κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση, να είναι φορητή
2. Να διαθέτει 4 αντιστατικές περιστρεφόμενες ρόδες και να έχει φρένο. Να φέρει χειρολαβή για εύκολη μετακίνηση.
3. Με αντιβακτηριδιακό φίλτρο Να διαθέτει φιάλη αναρρόφησης 4 lit κλιβανιζόμενη με 400ml διαβάθμιση.
4. Να φέρει τριπλό σύστημα ασφαλείας έναντι όποιας υπερχειλίσης:
 - Στη φιάλη εκκριμάτων
 - Στο φιαλίδιο υπερχειλίσης
 - Στο εσωτερικό της συσκευής
5. Να φέρει υποδοχή τοποθέτησης καθετήρων, επί της τροχήλατης βάσης
6. Η συσκευή αναρρόφησης να λειτουργεί με μπαταρία και ρεύμα. Ισχύς λειτουργίας 230V - 50/60Hz. Η τάση του τροφοδοτικού ρεύματος της μπαταρίας να είναι τουλάχιστον 12V
7. Να διαθέτει αντιβακτηριδιακό φίλτρο.
8. Το βάρος να μην ξεπερνά τα 20 Kg
9. Ροή μέχρι 100 lt/min
10. Μέγιστη αναρρόφηση 0.90 bar
11. Επίπεδο θορύβου όχι πάνω από 65db
12. Να διαθέτει σήμανση CE

22. ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ

1. Να έχει χωρητικότητα 10 L τουλάχιστον χωρίς οι εξωτερικές διαστάσεις του να υπερβαίνουν τα 600 mm μήκος και 360 mm πλάτος.
2. Να έχει εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας και μηχανικής αντοχής, DIN 1.4301.
3. Ο κάδος του να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4301, με ερμητική συγκόλληση μέσω laser.

- 15PROC003401901-2015-11-30
4. Οι αντιστάσεις να είναι ενσωματωμένες στον πυθμένα και σε τρεις περιοχές (εμπρός-πίσω-κάτω) του κάδου για καλύτερη διασπορά της θερμότητας.
 5. Το κάλυμμα να είναι επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα, θολωτό, με δυνατότητα τοποθέτησης και επίπεδου καλύμματος με ομοκεντρικούς δακτυλίους για την τοποθέτηση σωληναρίων.
 6. Να διαθέτει στρόφιγγα για την εύκολη εκκένωση του δοχείου.
 7. Να διαθέτει σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση σε περίπτωση υπέρβασης της θερμοκρασίας κατά 10°C πάνω από την προεπιλεγθείσα τιμή.
 8. Ο ηλεκτρονικός ρυθμιστής να διαθέτει ενσωματωμένο ψηφιακό χρονόμετρο (από 1 λεπτό μέχρι 99 ώρες και 59 λεπτά).
 9. Να δίνεται η δυνατότητα στο χειριστή διαμέσου του μικροεπεξεργαστή να προγραμματίζει τη λειτουργία του υδατόλουτρου επιλέγοντας το χρόνο έναρξης (set on delay) και το χρόνο λειτουργίας (set hold time).
 10. Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης και ένδειξη σε περίπτωση χαμηλής στάθμης του νερού.
 11. Η θερμοκρασία να ρυθμίζεται από δέκα βαθμούς πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 95°C .
 12. Να διαθέτει ψηφιακό ανιχνευτή θερμοκρασίας υψηλής ακρίβειας.
 13. Η θερμοκρασία να ρυθμίζεται και να εμφανίζεται σε βήματα του $0,1^{\circ}\text{C}$.
 14. Η ακρίβεια θερμοκρασίας να είναι $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.
 15. Η ισοκατανομή θερμοκρασίας να είναι $\pm 0,25^{\circ}\text{C}$.
 16. Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις της καθορισμένης από το χρήστη και της τρέχουσας θερμοκρασίας καθώς και του ορίου συναγερμού ανόδου θερμοκρασίας.
 17. Να είναι σύμφωνο με τα διεθνή στάνταρτ 2004/108/EEC, 2006/95/EEC.

23. ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ

1. Επωαστικός κλίβανος επιτραπέζιος, ελεγχόμενος μέσω μικροεπεξεργαστή.
2. Ο εσωτερικός θάλαμος, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα, να περιβάλλεται από μονωτικό υλικό και να έχει τέτοιο σχεδιασμό ώστε να επιτυγχάνεται εύκολος καθαρισμός για την αποφυγή ανεπιθύμητων μολύνσεων.
3. Να μην επιτρέπεται ο σχηματισμός συμπυκνωμάτων υδρατμών στην οροφή και στα πλαϊνά τοιχώματα του θαλάμου. Θέρμανση θαλάμου με μανδύα αντιστάσεων ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας.
4. Όγκος θαλάμου περίπου 110 Lit. Να διαθέτει εσωτερική γυάλινη θύρα για τον έλεγχο των δειγμάτων χωρίς την διατάραξη των εσωτερικών συνθηκών.
5. Για τον έλεγχο της θερμοκρασίας, χρήση ανιχνευτών θερμικής αγωγιμότητας μεγάλης ευαισθησίας-σταθερότητας και μικρής απόκλισης.
6. Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας. Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη προστασία από υπερθέρμανση και οπτικοακουστικός συναγερμός σε περίπτωση σφαλματικής λειτουργίας με αντίστοιχο μήνυμα ένδειξης σφάλματος.

- 15PROC003401901-2015-11-30
7. Δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας από 5°C άνω της θερμοκρασίας χώρου μέχρι 75°C περίπου με ακρίβεια $\pm 0,1^\circ\text{C}$ και ομοιομορφία κατανομής στο θάλαμο μικρότερη των $\pm 0,4^\circ\text{C}$. Χρόνος αποκατάστασης θερμοκρασίας στους 37°C, 10min περίπου μετά το κλείσιμο της θύρας.
8. Να περιλαμβάνει 2 ράφια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

15PROC003401901 2015-11-30 ΠΙΝΑΚΑΣ Β'

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ					
Α/Α	ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΣΤ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΣΤ	ΚΟΣΤΟΣ
1	ΓΛΥΚΟΖΗ	5000	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ		
2	ΟΥΡΙΑ	5000	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ		
3	ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ	5000	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ		
4	ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ	4000	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ		
5	ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ	4000	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ		
6	ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ	4000	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ		
7	HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ dir.	4000	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ		
8	CK TOTAL	3000	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ		
9	CK MB	1500	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ		
10	LDH	2000	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ		
11	AST	2000	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ		
12	ALT	2000	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ		
13	ALP	2000	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ		
14	γ - GT	2000	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ		
15	ΧΟΛΕΡΥΘΙΝΗ ΟΛ.	2000	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ		
16	ΧΟΛΕΡΥΘΙΝΗ ΑΜ.	2000	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ		
17	ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ	2000	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ		
18	ΑΣΒΕΣΤΙΟ	2000	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ		
19	ΣΙΔΗΡΟΣ	2000	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ		
20	ΟΛ.ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ	2000	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ		
21	ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ	2000	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ		
22	ΑΜΥΛΑΣΗ	2000	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ		
23	ΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ	750	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ		
24	CRP	2000	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ		

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: ± 20%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΙΙ

15PROC003401901 2015-11-30

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ

Α/Α	ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΣΤ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΤΕΣΤ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΣΤ	ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ	ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ	ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΜΟΤΗΤΑ
1	ΓΛΥΚΟΖΗ	5000						
2	ΟΥΡΙΑ	5000						
3	ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ	5000						
4	ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ	4000						
5	ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ	4000						
6	ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ	4000						
7	HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ	4000						
8	CK TOTAL	3000						
9	CK MB	1500						
10	LDH	2000						
11	AST	2000						
12	ALT	2000						
13	ALP	2000						
14	γ - GT	2000						
15	ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛ.	2000						
16	ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜ.	2000						
17	ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ	2000						
18	ΑΣΒΕΣΤΙΟ	2000						
19	ΣΙΔΗΡΟΣ	2000						
20	ΟΛ.ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ	2000						
21	ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ	2000						
22	ΑΜΥΛΑΣΗ	2000						
23	ΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ	750						
24	CRP	2000						

15PROC003401901 2015-11-30

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΤΕΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ	
			ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				3.645,00
Κάδος ανοξειδωτος ποδοκίνητος (με καπάκι), κοινών απορριμμάτων, μεγάλος (110 λίτρων)	1	300,00	300,00	
Κάδος ανοξειδωτος ποδοκίνητος (με καπάκι), τροχήλατος, μολυσματικών απορριμμάτων (72 λίτρων)	3	200,00	600,00	
Πάγκος ανοξειδωτης επιφάνειας, με γούρνα και ντουλάπια	1	440,00	440,00	
Κάδος ανοξειδωτος, ποδοκίνητος με καπάκι, μεσαίος (11 λίτρων)	4	40,00	160,00	
Κάδος ανοξειδωτος, ποδοκίνητος με καπάκι, μεγάλος (30 λίτρων)	2	70,00	140,00	
Ερμάριο κλειστό, δαπέδου, για αποστειρωμένο υλικό	2	690,00	1.380,00	
Τροχήλατο καθαριότητας	1	200,00	200,00	
Καταψύκτης δαπέδου για μολυσματικά	1	425,00	425,00	
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ- ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				5.141,00
Η/Υ	4	650,00	2.600,00	
Εκτυπωτής	4	150,00	600,00	
Ψύκτης νερού	2	330,00	660,00	
Ψυγείο οικιακού τύπου, μεγάλο	1	371,00	371,00	
Φούρνος μικροκυμάτων	1	75,00	75,00	
Κουζίνα ηλεκτρική	1	400,00	400,00	
Τηλεόραση	2	200,00	400,00	
Καφετιέρα ηλεκτρική, πάγκου	1	35,00	35,00	
3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				20.720,00
Καθρέπτης τοίχου	7	40,00	280,00	

15PROC003401901 2015-11-30

Εταξέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης πλήρης	7	25,00	175,00	
Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο	7	35,00	245,00	
Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή	6	40,00	240,00	
Πετσετοθήκη μεταλλική επινικελωμένη, ρολού ή φύλλων χάρτου	7	40,00	280,00	
Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) ισχύος 4,5 KW, αυτονομίας 90 min.	1	3.000,00	3.000,00	
Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, τριφασικού εναλλασόμενου ρεύματος, τάσεως 230/400 V, 50 περιόδων ισχύος 30 KVA, ηχομονωμένο	1	12.000,00	12.000,00	
Ηλεκτρονικό σύστημα σειράς προτεραιότητας	1	3.600,00	3.600,00	
Τοπική κλιματιστική συσκευή inverter επίτοιχη ελάχιστης ψυκτικής ισχύος 9.000 btu/h τύπου split unit.	1	600,00	600,00	
Δεξαμενή πετρελαίου πλαστική χωρητικότητας 1000 λτ.	1	300,00	300,00	
Σύνολα:	70			29.506 €

A. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**1. ΚΑΔΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΟΣ (ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ), ΚΟΙΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΕΓΑΛΟΣ (110 ΛΙΤΡΩΝ)**

1. Κάδος με καπάκι, ανοξειδωτος ή χρωματισμένος με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. Χωρητικότητα κατ' ελάχιστον 110 λίτρων κι ύψος περίπου 95 εκ.
2. Να διαθέτει πεντάλ για το άνοιγμα του καπακιού, σχεδίασης και κατασκευής για μεγάλη μηχανική αντοχή.
3. Η βάση του να είναι τροχήλατη.

2. ΚΑΔΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΟΣ (ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ), ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ, ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (72 ΛΙΤΡΩΝ)

1. Κάδος ανοξειδωτος, τροχήλατος (δύο ρόδες στο πίσω μέρος), για χρήση σε μολυσματικά.
2. Να δέχεται τυποποιημένα χαρτοκιβώτια μολυσματικών 20, 40 & 60 λίτρων.
3. Το καπάκι να ενεργοποιείται μέσω πεντάλ και να είναι βαρέως τύπου, για ερμητικό κλείσιμο.
4. Να διαθέτει χειρολαβή ασφαλή στις επιμολύνσεις.

15PROC003401901_2015-11-30

5. Εσωτερικές διαστάσεις: 405X305X585 χιλ.

3. ΠΑΓΚΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ, ΜΕ ΓΟΥΡΝΑ & ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ

1. Η βάση (πλαίσιο) θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 25 χιλ., αμφίπλευρα επενδεδυμένη από μελαμίνη σατινέ.
2. Θα έχει τέσσερα (4) ντουλάπια από το ίδιο υλικό, με πόμολα και κλειδαριές.
3. Ο πάτος θα είναι ενισχυμένος με ειδικές τραβέρσες και η όλη κατασκευή θα στηρίζεται σε τουλάχιστον έξη (6) ποδαρικά, με ειδικά πέλματα.
4. Θα υπάρχουν ειδικές κατασκευές σοβατεπί από το ίδιο υλικό, με σύστημα εύκολης προσθαφαίρεσης στη κατασκευή (πλαστικές δαγκάνες).
5. Στην άνω επιφάνεια θα εφαρμόσει ανοξειδωτή, μονοκόμματη (ενιαία) κατασκευή πάγκου, η οποία θα έχει από τη μία πλευρά λεία επιφάνεια και στη συνέχεια μία γούρνα.
6. Η ανοξειδωτή κατασκευή θα έχει υπερυψωμένα χείλη, θα εφαρμόζει καλά και στεγανά επί της κατασκευής της βάσης το σύνολο θα είναι μία στοιβαρή κατασκευή.
7. Διαστάσεις περίπου: 120X55X80 εκ.

4. ΚΑΔΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ, ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΟΣ, ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ, ΜΕΣΑΙΟΣ (11 ΛΙΤΡΩΝ)

1. Να είναι κατασκευασμένος εξ ολόκληρου από ανοξειδωτο χάλυβα 18/10.
2. Οι διαστάσεις του να είναι περίπου \varnothing 28 X 36 cm ύψος.
3. Χωρητικότητα 11 λίτρων

5. ΚΑΔΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ, ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΟΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ, ΜΕΓΑΛΟΣ (30 ΛΙΤΡΩΝ)

1. Να είναι κατασκευασμένος εξ ολόκληρου από ανοξειδωτο χάλυβα 18/10.
2. Οι διαστάσεις του να είναι περίπου \varnothing 40 X 70 cm ύψος.
3. Χωρητικότητα 30 λίτρων

6. ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ, ΔΑΠΕΔΟΥ, ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ

1. Ερμάριο αποθήκευσης, με υάλινα πορτόφυλλα, επί ανοξειδωτων πλαισίων. Θα φέρει κλειδαριά.
2. Θα είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξειδωτο χάλυβα 18/8 και θα εδράζεται στο δάπεδο, επί τεσσάρων ποδαρικών.
3. Τα πορτόφυλλα θα φέρουν υαλοπίνακες και λάστιχα στεγανότητας.
4. Στο εσωτερικό του ερμαρίου θα υπάρχουν λωρίδες για τη στήριξη των ανοξειδωτων ραφιών.
5. Πέντε τουλάχιστον ράφια, με δυνατότητα αυξομείωσης του ύψους τοποθέτησής των.
6. Διαστάσεις περίπου: 1000X450X2000 χιλ.

15PROC003401901 2015-11-30

7. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. Διαστάσεις περίπου: 120X55X98 εκ.
2. Ο σκελετός στήριξης θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα.
3. Θα φέρει 6 τροχούς, για καλύτερη στήριξη. Οι τροχοί θα έχουν διάμετρο Φ125 χιλ.
4. Το τροχήλατο θα έχει μεγάλες επιφάνειες αποθήκευσης υλικών και θα προσφέρει μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων, για αποθήκευση κουβάδων, πανιών, σφουγγαριστρών και διαφόρων προϊόντων καθαρισμού, έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες χρήσης.
5. Να διαθέτει:
 - ο Βάση καροτσιού
 - ο Επέκταση βάσης
 - ο Βάση σάκου σκουπιδιών 70 lt, με καπάκι
 - ο Δύο κουβάδες διαφορετικού χρώματος 15 lt ο ένας, για σφουγγάρισμα
 - ο Πλαστική πρέσα και βάση πρέσας
 - ο Δύο κουβάδες πλαστικοί διαφορετικού χρώματος, 6 lt ο ένας
 - ο Λεκάνη απολύμανσης

8. ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ

Καταψύκτης μπαούλο συνολικής μικτής χωρητικότητας τουλάχιστον 400 lt, με μεταλλικά καλάθια και ρόδες για εύκολη μετακίνηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Μηχανικός χειρισμός
2. Λειτουργία ταχείας κατάψυξης.
3. Λυχνία και προειδοποίησης υψηλής θερμοκρασίας
4. Λυχνία λειτουργίας
5. Εσωτερικός φωτισμός
6. Αποχέτευση για εύκολο καθαρισμό - απολύμανση
7. Βαλβίδα εξισορρόπησης πίεσης για εύκολο άνοιγμα
8. Διαστάσεις, περίπου : πλάτος 140 cm ,Ύψος: 0.90 cm.
9. Ενεργειακή Κλάση: A+
10. Δυνατότητα Ψύξης: τουλάχιστον 20 kg
11. Διατήρηση Σταθερής Θερμοκρασίας σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος
12. Επίπεδο Θορύβου: <47 db.

B. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ - ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

29. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

Μονάδα Desktop:

15PROC003401901 2015-11-30

Προδιαγραφές Η/Υ

Επεξεργαστής (CPU) τύπου Intel Core™ i3

1. Ελάχιστη διαθέσιμη μνήμη (RAM) 4GB DDR3
2. Τροφοδοτικό (PSU) τύπου ATX και ελάχιστης συνολικής ισχύος 500W
3. Σκληρός δίσκος (HDD) χωρητικότητας 500GB, τύπου SATA 3Gb/s
4. 1 x οδηγός ανάγνωσης οπτικών δίσκων με δυνατότητα εγγραφής (DVD Recorder)
5. Μητρική (Motherboard) με τα εξής χαρακτηριστικά:
 - Intel Socket 1155 για συμβατότητα με 2ης γενιάς Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3 επεξεργαστές
 - 2 x DIMM υποδοχές μνήμης RAM τύπου DDR3 και ταχύτητας 1333/1066 Hz
 - 1 x PCIe 2.0 x16 και 3 x PCIe 2.0 x1 θύρες επέκτασης
 - 4 x SATA 3Gb/s υποδοχές για συσκευές αποθήκευσης ή ανάγνωσης οπτικών δίσκων
 - 1 x Gigabit ενσωματωμένη κάρτα δικτύου
 - 6 x USB 2.0 τουλάχιστον (2 εμπρός και 4 πίσω) υποδοχές για περιφερειακές συσκευές
 - Τουλάχιστον 1 PS2 υποδοχή για συσκευή εισόδου (πληκτρολόγιο ή ποντίκι)
 - Ενσωματωμένη VGA κάρτα γραφικών με τύπο σύνδεσης D-SUB
 1. Ενσωματωμένη κάρτα ήχου
 2. Πληκτρολόγιο με ελληνολατινικά πλήκτρα
 3. Ποντίκι τουλάχιστον 3 πλήκτρων

Προδιαγραφές Οθόνης

- a. Μέγεθος Οθόνης $\geq 21'$
- b. Ανάλυση 1920x1080
- c. Υποδοχή σύνδεσης DVI & D-sub
- d. Aspect ratio 16:9

30. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

1. Τεχνολογία Laser
2. Λειτουργίες: Εκτύπωση
3. Μέγεθος εγγράφου: A4
4. Ταχύτητα εκτύπωσης ασπρόμαυρη ≥ 38 ppm
5. Ανάλυση εκτύπωσης $\geq 1200 \times 1200$ DPI
6. Σύνδεση: USB
7. Εκτύπωση διπλής όψης
8. Μνήμη εκτυπωτή ≥ 128 MB
9. Τροφοδοσία Χαρτιού Feeder ≥ 250 σελίδες
10. Duty Cycle: 80.000 σελ/μήνα
11. Συμβατότητα με Λειτουργικά Συστήματα: Windows XP/Vista/Win7

15PROC003401901 2015-11-30

31. ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ

1. Κατακόρυφος ψύκτης νερού, χωρητικότητα τουλάχιστον 150 ποτηριών.
2. Ανοξείδωτη επιφανειακή κατασκευή, κατακόρυφη τοποθέτηση.
3. Εξοπλισμένος με όλα τα νόμιμα κι απαραίτητα εξαρτήματα για σύνδεση με τα δίκτυα.
4. Πλήρως ασφαλής απο ηλεκτρολογικής πλευράς (γειώσεις κλπ.)

32. ΨΥΓΕΙΟ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΜΕΓΑΛΟ

1. Ηλεκτρικό ψυγείο δύο θυρών, κατάψυξης και συντήρησης.
2. Χωρητικότητας 18 κ. ποδών.
3. No Frost.
4. Δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης ψύξης στην συντήρηση και στη κατάψυξη.
5. Ρυθμιζόμενα γυάλινα ράφια.
6. Δύο φρουτολεκάνες.
7. Θήκες για βούτυρο, τυρί, αυγά κ.λ.π.
8. Μαγνητικές πόρτες που ρυθμίζονται για ν' ανοίγουν δεξιά – αριστερά.
9. Ειδικό ράφι για φιάλες.

33. ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

1. Τυπικός φούρνος μικροκυμάτων, επιτραπέζιος. Ισχύς μικροκυμάτων 700 watt τουλάχιστον. Χωρητικότητα 17 λίτρα.
2. Να φέρει ένδειξη CE και να πληροί τις διατάξεις ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας.

34. ΚΟΥΖΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

Τυπική ηλεκτρική Κουζίνα, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Λυχνίες ελέγχου λειτουργίας εστιών – φούρνου.
2. Πολλαπλή λειτουργία φούρνου με : (πάνω & κάτω αντιστάσεις, πάνω αντίσταση, κάτω αντίσταση, κυκλοφορία θερμού αέρα, grill, συνδυασμός grill και κυκλοφορίας θερμού αέρα, κάτω αντίσταση και κυκλοφορία θερμού αέρα.
3. Ψυχρό κρύσταλλο πόρτας φούρνου.
4. Να υπάρχει έξοδος υδρατμών.
5. Αεριζόμενη πόρτα φούρνου.
6. Αφαιρούμενη πόρτα φούρνου.
7. Συρταρωτός κάτω θάλαμος.
8. 4 Εστίες, από τις οποίες η μια (1) να είναι ταχείας θέρμανσης.
9. Κλείστρο ασφαλείας.

15PROC003401901 2015-11-30

10. Ρυθμιζόμενα ποδαράκια.

11. Να παρέχεται ο απαραίτητος εξοπλισμός (τουλάχιστον 1 βαθύ ταψί – 2 ταψιά αλουμινίου – 1 σχάρα)

35. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

1. Έγχρωμη τηλεόραση τεχνολογίας TFT-LCD με επίπεδη οθόνη 21 " , με ασύρματο χειριστήριο, επιτραπέζια..
2. Θα έχει φόρμα 16:9 και ανάλυση εικόνας 1366X768. Ισχύς εξόδου ηχείων 2 X 10 W.
3. Ψηφιακή είσοδος εικόνας και ήχου. Ψηφιακό σήμα: MPEG4/MPEG2
4. Συνδέσεις : 1 Component / 1 SVideo / 2 Scart / 1 Composite/ 1 PC
5. Θα είναι Ενεργειακής Κλάσης Α´ .

36. ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΠΑΓΚΟΥ

Καφετιέρα ηλεκτρική, πάγκου. Χωρητικότητας 8-10 φλυτζανιών καφέ φίλτρου.

Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

37. ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 4mm, ΜΠΙΖΟΥΤΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 42X60 cm

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ, διαστάσεων 42 X 60 cm, πλήρως εγκατεστημένος

38. ΕΤΑΖΕΡΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΠΛΗΡΗΣ, ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 0,60 cm

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,60 cm, πλήρως εγκατεστημένη

39. ΔΟΧΕΙΟ ΡΕΥΣΤΟΥ ΣΑΠΩΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ

Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο, πλήρως εγκατεστημένο

40. ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ ΑΠΛΗ

Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή, πλήρως εγκατεστημένη

41. ΠΕΤΣΕΤΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΗ ΡΟΛΟΥ Η ΦΥΛΛΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

Πετσετοθήκη μεταλλική επινικελωμένη, ρολού ή φύλλων χάρτου, πλήρως εγκατεστημένη

42. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS), ΙΣΧΥΟΣ 4,5 Kw, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 90 min

Α. Γενική περιγραφή : Αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS) 4,5 KW, αυτονομίας τουλάχιστον 90 min

15PROC003401901 2015-11-30

(θα συμπεριλαμβάνονται οι μπαταρίες 16 τμχ. (12V-40AH) καθώς και εξωτερική καμπίνα στήριξης των μπαταριών). Το Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής θα είναι μονοφασικής εισόδου–εξόδου, τύπου RT είναι τεχνολογίας On-Line, διπλής μετατροπής (double conversion), κατάλληλο να παρέχει σταθεροποιημένη και αδιάλειπτη ηλεκτρική παροχή στα κρίσιμα φορτία των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου. Θα αποτελείται από τον ανορθωτή/φορτιστή (rectifier/charger) τεχνολογίας IGBT, τον μετατροπέα (inverter), τον ηλεκτρονικό μεταγωγικό διακόπτη (static by-pass switch), τους μικροεπεξεργαστές ελέγχου (DSP controllers), την συστοιχία των συσσωρευτών και τα κυκλώματα προστασίας. Η συνεχής τροφοδότηση των κρίσιμων φορτίων σε περίπτωση διακοπής της παροχής του δικτύου χαμηλής τάσης θα εξασφαλίζεται από τους συσσωρευτές οι οποίοι θα τροφοδοτούν απ' ευθείας τον μετατροπέα (inverter) του UPS. Με την επάνοδο της τάσης στο δίκτυο χαμηλής τάσης, ανεξάρτητα από την πηγή τροφοδότησης (ΔΕΗ ή Η/Ζ), την τροφοδότηση του μετατροπέα θ' αναλαμβάνει και πάλι ο ανορθωτής, ενώ ταυτόχρονα ο ανορθωτής θα φορτίζει και τους συσσωρευτές. Σε περίπτωση που το φορτίο είναι μεγαλύτερο από την ονομαστική ισχύ του UPS, το φορτίο θα μετάγεται αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού μεταγωγικού διακόπτη στο δίκτυο χαμηλής. Το UPS θα έχει την δυνατότητα υπερφόρτισης 106-110% της ονομαστικής του ισχύος για 10 λεπτά, κατά 111%-125% της ονομαστικής του ισχύος για 5 λεπτά και 126-150% της ονομαστικής του ισχύος για 30 δευτερόλεπτα. Η στατική σταθεροποίηση της τάσεως εξόδου θα είναι $\pm 1\%$, ενώ η δυναμική σταθεροποίηση της τάσεως εξόδου θα είναι $\pm 2\%$ με χρόνο επαναφοράς της τάσεως στα όρια της ονομαστικής της τιμής 2ms για οποιαδήποτε μεταβολή του φορτίου από 0-100% ή από 100% -0. Ο παραγόμενος από το UPS θόρυβος δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 54dBA, ενώ η λειτουργία του θα διέπεται από τα διεθνή πρότυπα EN62040-1-1 (SAFETY), CISPR22 Class A (EMC). Η καμπίνα του UPS θα έχει βαθμό προστασίας IP20 και οι συνθήκες λειτουργίας του θα είναι 0-40°C (θερμοκρασία περιβάλλοντος) και 0-95% (σχετική υγρασία). Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο, με όλα τα πρωτόκολλα δοκιμών καλής λειτουργίας και υπό πλήρες φορτίο.

B. Αναλυτικά:

1. Το Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής θα είναι μονοφασικής εισόδου–εξόδου, τύπου RT είναι τεχνολογίας On-Line, διπλής μετατροπής (double conversion), κατάλληλο να παρέχει σταθεροποιημένη και αδιάλειπτη ηλεκτρική παροχή στα κρίσιμα φορτία των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου. Θα αποτελείται από τον ανορθωτή/φορτιστή (rectifier/charger) τεχνολογίας IGBT, τον μετατροπέα (inverter), τον ηλεκτρονικό μεταγωγικό διακόπτη (static by-pass switch), τους μικροεπεξεργαστές ελέγχου (DSP controllers), την συστοιχία των συσσωρευτών και τα κυκλώματα προστασίας. Η συνεχής τροφοδότηση των κρίσιμων φορτίων σε περίπτωση διακοπής της παροχής του δικτύου χαμηλής τάσης θα εξασφαλίζεται από τους συσσωρευτές οι οποίοι θα τροφοδοτούν απ' ευθείας τον μετατροπέα (inverter) του UPS. Με την επάνοδο της τάσης στο δίκτυο χαμηλής τάσης, ανεξάρτητα από την πηγή τροφοδότησης (ΔΕΗ ή Η/Ζ), την τροφοδότηση του μετατροπέα θ' αναλαμβάνει και πάλι ο ανορθωτής, ενώ ταυτόχρονα ο ανορθωτής θα φορτίζει

15PROC003401901 2015-11-30

και τους συσσωρευτές. Σε περίπτωση που το φορτίο είναι μεγαλύτερο από την ονομαστική ισχύ του UPS, το φορτίο θα μεταγεται αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού μεταγωγικού διακόπτη στο δίκτυο χαμηλής.

2. Το UPS θα έχει την δυνατότητα υπερφόρτισης 106-110% της ονομαστικής του ισχύος για 10 λεπτά, κατά 111%-125% της ονομαστικής του ισχύος για 5 λεπτά και 126-150% της ονομαστικής του ισχύος για 30 δευτερόλεπτα. Η στατική σταθεροποίηση της τάσεως εξόδου θα είναι $\pm 1\%$, ενώ η δυναμική σταθεροποίηση της τάσεως εξόδου θα είναι $\pm 2\%$ με χρόνο επαναφοράς της τάσεως στα όρια της ονομαστικής της τιμής 2ms για οποιαδήποτε μεταβολή του φορτίου από 0-100% ή από 100% -0. Ο παραγόμενος από το UPS θόρυβος δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 54dBA, ενώ η λειτουργία του θα διέπεται από τα διεθνή πρότυπα EN62040-1-1 (SAFETY), CISPR22 Class A (EMC). Η καμπίνα του UPS θα έχει βαθμό προστασίας IP20 και οι συνθήκες λειτουργίας του θα είναι 0-40°C (θερμοκρασία περιβάλλοντος) και 0-95% (σχετική υγρασία).

3. Το Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) 4,5 KW, αυτονομίας τουλάχιστον 90 min θα συμπεριλαμβάνει τις μπαταρίες 16 τμχ. (12V-40AH) καθώς και εξωτερική καμπίνα στήριξης των μπαταριών). Ενδεικτικός τύπος RT5K του οίκου Delta ή ισοδύναμος. Ειδικότερα:

4. ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ/ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ (RECTIFIER/CHARGER): Ο Ανορθωτής/ Φορτιστής του UPS θα παρέχει συνεχές ρεύμα στον μετατροπέα (inverter) και στη συστοιχία των συσσωρευτών. Θα είναι τεχνολογίας IGBT (integrated gate bipolar transistor). Έτσι, στην είσοδο του UPS περιορίζονται οι αρμονικές παραμορφώσεις ρεύματος εισόδου σε $THDi < 5\%$ και ο συντελεστής ισχύος εισόδου (input power factor) είναι υψηλός ($p.f > 0.99$). Επίσης θα είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με απόκλιση της τάσης εισόδου από 100 μέχρι 300V AC, της συχνότητας εισόδου από 40Hz μέχρι 70Hz και να παρέχει την ονομαστική τάση και ένταση εξόδου του χωρίς καμιά απόκλιση προς τον μετατροπέα και τους συσσωρευτές και θα φέρει κύκλωμα περιορισμού της εντάσεως εισόδου (current limiting device) χάρις στο οποίο το UPS θα απορροφά μόνο την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδότηση του φορτίου του, καθώς και το προεπιλεγμένο μέγιστο ρεύμα για την φόρτιση των συσσωρευτών. Η φόρτιση των συσσωρευτών θα είναι ρυθμιζόμενης τάσεως και με ρυθμιζόμενο περιορισμό εντάσεως που εξασφαλίζει την ορθή φόρτιση με αποτέλεσμα την αποφυγή της μείωσης του χρόνου ζωής των συσσωρευτών.

5. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ (INVERTER): Ο μετατροπέας του UPS θα είναι τεχνολογίας IGBT (integrated gate bipolar transistor), ικανός να δέχεται το ρεύμα εξόδου του ανορθωτή/φορτιστή (rectifier/charger) ή το ρεύμα από τους συσσωρευτές και να παρέχει εναλλασσόμενο ρεύμα πλήρους ημιτονοειδούς μορφής προς το φορτίο. Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος από την πλευρά του φορτίου, ο μετατροπέας θα διαθέτει σύστημα αυτοπροστασίας στην έξοδο του. Ο μετατροπέας του UPS θα φέρει σύστημα αυτόματης επαναφοράς (auto retransfer) που θέτει αυτόματα 'ΕΝΤΟΣ-ΕΚΤΟΣ' τον μετατροπέα σε περίπτωση υπερφόρτισης ή άλλη μεταβατική αιτία για τρεις φορές και εφόσον συνεχίζεται να υπάρχει η αιτία, θα μανδαλώνεται στη θέση 'ΕΚΤΟΣ' μετάγοντας το φορτίο

15PROC003401901 2015-11-30

μέσω του ηλεκτρονικού μεταγωγικού διακόπτη στο δίκτυο χαμηλής τάσης. Η επάνοδος θα γίνεται χειροκίνητα με το μπουτόν 'RESET'.

6. ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ: Το UPS θα είναι εξοπλισμένο με διατάξεις εξομάλυνσης της τάσης εξόδου έτσι ώστε να περιορίζει τις συνολικές αρμονικές παραμορφώσεις της τάσεως εξόδου στην περίπτωση γραμμικού φορτίου (linear load) σε THDu<3%.

7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (STATIC-BY-PASS): Το UPS θα φέρει ενσωματωμένο, Ηλεκτρονικό Μεταγωγικό Διακόπτη (static-bypass switch). Η ηλεκτρική τροφοδότηση του Ηλεκτρονικού Μεταγωγικού Διακόπτη θα παρέχεται μέσω ενός ενσωματωμένου τριπολικού διακόπτη. Ο ηλεκτρονικός μεταγωγικός διακόπτης θα λειτουργεί παράλληλα με το UPS και σε περίπτωση που το φορτίο είναι μεγαλύτερο από την ονομαστική ισχύ του UPS μετάγει αυτόματα το φορτίο στο δίκτυο χαμηλής τάσης. Ο ηλεκτρονικός μεταγωγικός διακόπτης θα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όταν το UPS παρουσιάσει βλάβη π.χ. υπερένταση, υψηλή θερμοκρασία, απόκλιση τάσης εξόδου του μετατροπέα, υπερφόρτωση, απόκλιση της συνεχούς τάσης πέραν των επιτρεπτών ορίων, απόκλιση των χαρακτηριστικών εξόδου, βλάβη ανορθωτή, βραχυκύκλωμα κλπ.

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Το UPS θα είναι εφοδιασμένο με ενσωματωμένα κυκλώματα προστασίας τα οποία θα προστατεύουν τόσο το UPS όσο και τις καταναλώσεις ακόμα και στην περίπτωση παραλληλισμού του δικτύου χαμηλής τάσης με την έξοδο του μετατροπέα.

9. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (CONTROL & INDICATIONS): Κάθε UPS θα φέρει λυχνίες τύπου LED για την κατάσταση λειτουργίας του (UPS status: Normal, Bypass, Backup, Fault). Όλες οι ενδείξεις λειτουργίας και βλάβης θα είναι ψηφιακές σε οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD DISPLAY). Το σύστημα ελέγχου και ενδείξεων θα βασίζεται σε μικροεπεξεργαστή με ψηφιακές ενδείξεις όλων των παραμέτρων λειτουργίας του Ανορθωτή, του Μετατροπέα, του Ηλεκτρονικού Μεταγωγικού Διακόπτη και της Συστοιχίας Συσσωρευτών σε οθόνη υγρών κρυστάλλων. Ο μικροεπεξεργαστής θα διαθέτει καταγραφική μνήμη βλαβών (fault log memory), ώστε μέσω της οθόνης υγρών κρυστάλλων να παρέχεται ιστορικό βλαβών του UPS. Το UPS συνοδεύεται με λογισμικό (software) για απομακρυσμένη παρακολούθηση σε PC μέσω σειριακής θύρας RS-232, συμβατό με όλα τα λειτουργικά συστήματα για αυτόματη διακοπή λειτουργίας του υποστηριζόμενου από το UPS εξοπλισμού (automatic shutdown) και ψυχρές επαφές για απομακρυσμένη σηματοδότηση σε BMS.

43. ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ, ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΑΣΕΩΣ 230/400 V, 50 ΠΕΡΙΟΔΩΝ, ΙΣΧΥΟΣ 30 KVA, ΗΧΟΜΟΝΩΜΕΝΟ

A. Γενική περιγραφή :

Προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, συνεχούς ισχύος 30KVA, εφεδρικής 33kVA, αυτόματο, με πίνακα αυτόματης μεταγωγής, αποτελούμενο από γεννήτρια τριφασική σύγχρονη, αυτοδιεγερόμενη, άνευ ψηκτρών (brushless), με αυτόματη

15PROC003401901 2015-11-30

ηλεκτρονική ρύθμιση τάσης, κλάσης μόνωσης F και βαθμού προστασίας IP21, και κινητήρα diesel, 1500 rpm, υδρόψυκτο, με μηχανική ρύθμιση στροφών και ηλεκτρικό πίνακα που περιλαμβάνει: αυτόματο τριπολικό διακόπτη ισχύος με ρυθμιζόμενη θερμική και μαγνητική προστασία 2 τηλεχειριζόμενους τετραπολικούς διακόπτες αέρος, ηλεκτρικά και μηχανικά μανδαλωμένους μεταξύ τους και ηλεκτρονική πλακέτα που διαθέτει τις παρακάτω ψηφιακές ενδείξεις: τρία αμπερόμετρα, βολτόμετρο με μεταγωγικό διακόπτη, ωρομετρητή, συχνόμετρο, λυχνίες ενδείξεων, θερμοκρασία νερού ψύξης, πίεση λαδιού κινητήρα, στάθμη καυσίμου, έξοδο για σύνδεση με Η/Υ (RS232), δυνατότητα προγραμματισμένης αυτόματης περιοδικής εκκίνησης για διαπίστωση καλής λειτουργίας του Η/Ζ, φορτιστή συντήρησης της μπαταρίας, επιτηρητή τάσης, εντολή αυτόματης μεταγωγής και αυτοματισμό προστασίας του Η/Ζ σε περίπτωση προβλήματος (υπερστροφή, υποστροφή, υπέρταση, υπόταση, υπερένταση, υπερσυχνότητα, υποσυχνότητα, βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση νερού ψύξεως, χαμηλή πίεση λαδιού).

Το Η/Ζ θα παραδοθεί σε λειτουργία, με κατάλληλο ηχομονωτικό περίβλημα με αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία, κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, με στάθμη θορύβου υπό πλήρες φορτίο 72 dBA στα 7m, κατάλληλο και για εξωτερική τοποθέτηση (outdoor installation).

B. Αναλυτικά:

I. Το συγκρότημα του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα είναι καινούριο και αμεταχείριστο, συμπαγούς και επιμελημένης κατασκευής, με ενιαία μεταλλική βάση, αποτελώντας αυτοτελή μονάδα. Το συγκρότημα θα έχει υποστεί επιτυχείς δοκιμές και συνοδεύεται με σήματα πιστότητας CE, υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι έχει την δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης σε SERVICE και κάλυψης σε ανταλλακτικά για μία τουλάχιστον δεκαετία. Το Η/Ζ θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο, με όλα τα πρωτόκολλα δοκιμών καλής λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο.

II. Το συγκρότημα θ' αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

1. Την κινητήριο μηχανή ντίζελ (diesel)
2. Την γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος
3. Την κοινή αντικραδασμική βάση στηρίξεως
4. Τον ειδικό σύνδεσμο και συνδεσμοθάλαμο
5. Τους συσσωρευτές ενισχυμένου τύπου
6. Το σύστημα απαγωγής καυσαερίων
7. Το σύστημα παροχής καυσίμου
8. Τους πίνακες ενδείξεων, ελέγχου, αυτόματης προστασίας του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.
9. Σειρά εγχειριδίων, οδηγιών, σχεδίων και πιστοποιητικό δοκιμών.

III. Θα έχει τη δυνατότητα υπερφόρτισης κατά 10% για 1 ώρα ανά 12 ώρες λειτουργίας, να αναλαμβάνει το πλήρες φορτίο από 15sec έως 22sec και να αποδίδει την ονομαστική του ισχύ στις παρακάτω συνθήκες περιβάλλοντος χωρίς να απαιτείται η μείωση της:

15PROC003401901_2015-11-30

- Θερμοκρασία: από -15°C έως $+40^{\circ}\text{C}$
- Σχετική εργασία: από 10% έως 80%
- Υψόμετρο: από 0 – 1000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

IV. Η κινητήριος μηχανή ντίζελ θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Ισχύς μηχανής: Κατάλληλη για να αναλαμβάνει το πλήρες φορτίο σε δύο βηματικές φορτίσεις σε χρόνο μέχρι 15sec. Το 60% του φορτίου θ' αναλαμβάνεται κατά την πρώτη βηματική φόρτιση σε χρόνο μέχρι 10sec.
- Δυνατότητα υπερφορτώσεως 10% για μια ώρα σε διάστημα 12 ωρών (DIN 6270).
- Κανονισμοί: ISO8528, ISO3046, BS5514

V. Η μηχανή ντίζελ θα είναι εφοδιασμένη με τα παρακάτω:

- (α) Φίλτρα λαδιού
- (β) Αντλία λαδιού
- (γ) Ηλεκτρονικό ρυθμιστή στροφών.
- (δ) Ψυγείο λαδιού
- (ε) Φίλτρο αέρα
- (στ) Αντλία καυσίμου
- (ζ) Διπλό φίλτρο καυσίμου
- (η) Ηλεκτρικό εκκινητή 24V DC κατάλληλου ισχύος
- (θ) Γεννήτρια (Δυναμό) για φόρτιση των μπαταριών
- (ι) Σιγαστήρα καυσαερίων(μείωση κατά 15dB)
- (ια) Συστοιχία μπαταριών 24V κατάλληλη για 10 τουλάχιστον εκκινήσεις του ζεύγους
- (ιβ) Ψυγείο κατάλληλο για τροπικά κλίματα

VI. Η μηχανή ντίζελ θα είναι εφοδιασμένη με τα παρακάτω όργανα αυτοματισμού για την προστασία και καλή λειτουργία της:

- (α) Πιεζοστάτη λαδιού για σήμανση και διακοπή σε περίπτωση χαμηλής πίεσης.
- (β) Θερμοστάτη νερού ψύξεως και ελαίου λιπάνσεως για σήμανση και διακοπή σε περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας.
- (γ) Φλοτεροδιακόπτη στη δεξαμενή καυσίμου, για σήμανση και διακοπή σε περίπτωση χαμηλής στάθμης καυσίμου.
- (δ) Υπερστροφία
- (ε) Χαμηλή στάθμη νερού (ανεξάρτητη της υψηλής θερμοκρασίας νερού)

VII. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

- Σύστημα ψύξης

Η ψύξη του πετρελαιοκινητήρα θα επιτυγχάνεται μέσω κλειστού κυκλώματος νερού που θα αποτελείται από κυψελωτό ενισχυμένο ψυγείο νερού κατάλληλο για τροπικά κλίματα, πιεστικό ανεμιστήρα που θα κινείται από τον πετρελαιοκινητήρα, αντλία κυκλοφορίας του νερού και

15PROC003401901_2015-11-30

θερμοστάτη για τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας νερού. Το σύστημα θα περιλαμβάνει αισθητήρα για την προστασία του πετρελαιοκινητήρα από υψηλή θερμοκρασία νερού και δεύτερο ξεχωριστό αισθητήρα για την προστασία του από έλλειψη νερού.

- Σύστημα λίπανσης

Η λίπανση θα είναι βεβιασμένη μέσω γραναζωτής αντλίας η οποία φέρει σύστημα προστασίας της υπερπίεσης του λαδιού και ανακουφιστική βαλβίδα. Το σύστημα θα περιλαμβάνει αισθητήρα για την προστασία του πετρελαιοκινητήρα από χαμηλή πίεση του λαδιού και δύο η περισσότερα φίλτρα λαδιού τα οποία θα αντικαθίστανται εύκολα.

- Σύστημα καυσίμου

θα αποτελείται από μία κύρια αντλία κατάθλιψης του καυσίμου, τη βοηθητική χειροκίνητη αντλία εξαέρωση (lift pump), τους εγχυτήρες, τη βαλβίδα διακοπής της λειτουργίας και δύο η περισσότερα φίλτρα καυσίμου τα οποία αντικαθίστανται εύκολα.

- Ηλεκτρικό σύστημα

θα είναι τάσης 24VDC, και θα αποτελείται από τον ηλεκτρικό εκκινητή (μίζα), τον εναλλακτήρα φόρτισης των συσσωρευτών (δυναμό) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του πετρελαιοκινητήρα και τη συστοιχία των συσσωρευτών. Η φόρτιση της συστοιχίας των συσσωρευτών όταν ο πετρελαιοκινητήρας τίθεται εκτός λειτουργίας θα επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλης ανορθωτικής διάταξης τροφοδοτούμενης από το δίκτυο μέσω του πίνακα αυτοματισμού.

- Φίλτρα αέρα

θα είναι ενισχυμένου τύπου, τοποθετημένο στον πετρελαιοκινητήρα σε κατάλληλα επιθεωρήσιμη θέση, και θα φέρει εσωτερικό στοιχείο το οποίο αντικαθίσταται εύκολα και διάταξη για τον έλεγχο της κατάστασής του.

- Προστατευτικά

Όλα τα κινούμενα ή θερμά τμήματα του πετρελαιοκινητήρα θα προστατεύονται από ειδικούς προφυλακτήρες σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανονισμούς ασφαλείας της E.E.

- Σφόνδυλος

θα είναι ενισχυμένου τύπου, η ροπή αδράνειάς του σε συνδυασμό με τις ροπές αδράνειας των υπολοίπων περιστρεφόμενων μαζών θα περιορίζουν στο ελάχιστο το βαθμό ανομοιομορφίας της λειτουργίας του H/Z, ώστε το παραγόμενο ρεύμα να είναι απαλλαγμένο ταλαντώσεων.

- Λάδι – αντιψυκτικό.

Ο κινητήρας θα παραδοθεί με το κατάλληλο λάδι και το αντιψυκτικό υγρό

VIII. Η γεννήτρια θα είναι εναλλασσομένου ρεύματος 50 Hz, 400/230V, 4 αγωγών, σύγχρονη, αυτοδιεγερόμενη, αυτορρυθμιζόμενη, χωρίς ψήκτρες (brushless), προστασίας IP21 (DIN 40050) με κλάση μονώσεως H (VDE 0530). θα είναι ενός εδράνου κατασκευής B3/B14, B3/B5 & B2. Τα τυλίγματα θα είναι τύπου 2/3 που θα την καθιστούν κατάλληλη και για την ρευματοδότηση μη γραμμικών φορτίων και θα είναι επενδεδυμένα με εποξειδικό πλαστικό (epoxy resine) έτσι ώστε να

15PROC003401901 2015-11-30

καθίστανται κατάλληλα για λειτουργία ακόμη και στις χειρότερες κλιματολογικές συνθήκες (τροπικά κλίματα). Η γεννήτρια θα είναι εφοδιασμένη με αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα ρυθμίσεως της τάσεως (AVR) που λειτουργεί συγκρίνοντας την τάση που δέχεται από τον στάτη με την επιθυμητή, λειτουργώντας με ακρίβεια $\pm 1\%$.

Η τιμή της τάσης θα ρυθμίζεται με ποτενσιόμετρο (συνδεδεμένο με τον αυτόματο ρυθμιστή), με περιοχή ρύθμισης $\pm 5\%$. Το κιβώτιο των ακροδεκτών της θα είναι προστασίας IP 44. Σ' αυτό θα βρίσκεται τοποθετημένος και ο ηλεκτρονικός ρυθμιστής τάσης. Σε σταθερή – ομαλή φόρτισή της από τη λειτουργία της στο κενό μέχρι του πλήρους φορτίου, η διακύμανση της τάσης δεν θα υπερβαίνει το $\pm 1\%$ της ονομαστικής της τιμής με συντελεστή ισχύος από 0,8 έως 1. Σε περιπτώσεις απότομων μεταβολών του φορτίου (από 0-ονομαστικές στροφές), ο χρόνος που απαιτείται για να επανέλθει η τάση στην επιθυμητή ονομαστική της τιμή, με εύρος ($\pm 3\%$), θα είναι λιγότερος από 0,5 sec. Η συνολική αρμονική παραμόρφωση δεν θα υπερβαίνει το 2% κατά την λειτουργία της χωρίς φορτίο.

Το επιτρεπόμενο όριο υπερφόρτισης της γεννήτριας θα είναι 50% για 2 λεπτά ή 10% για 1 ώρα, ανά 12 ώρες λειτουργίας.

Η γεννήτρια θα μπορεί να λειτουργήσει παράλληλα χωρίς κανένα πρόβλημα με άλλες γεννήτριες ακόμη και διαφορετικής ισχύος.

Οι ραδιοφωνικές παρεμβολές της γεννήτριας θα είναι σύμφωνα με την νόρμα VDE 0875 degree G and MIL 461 AB.

Τ' ακολουθούμενα πρότυπα θα είναι τα IEC 60034-1 , CEI EN 60034-1, BS 49999-50000, VDE 0530, NF51-100/III, OVE M-10, NEMA MG 1.22.

IX. Η μηχανή ντίζελ και η γεννήτρια θα είναι συναρμολογημένα πάνω σε κοινή βάση στηρίξεως που θα συνοδεύεται από κατάλληλα αντικραδασμικά ελατήρια. Η γεννήτρια είναι απευθείας συζευγμένη με τον κινητήρα με παρεμβολή κατάλληλου ελαστικού συνδέσμου ο οποίος σταθεροποιεί το σώμα της γεννήτριας στο σώμα του πετρελαιοκινητήρα κατά απόλυτα ομοαξονικό τρόπο. Με τον τρόπο αυτό ο πετρελαιοκινητήρας και η γεννήτρια θα αποτελούν ενιαίο σύνολο τελείως αθόρυβο, ευέλικτο, απαλλαγμένο από ταλαντώσεις και κρίσιμα σημεία. Ο άξονας του ρότορα της γεννήτριας θα αποτελεί ομοαξονική επέκταση του στροφαλοφόρου άξονα και των υπολοίπων περιστρεφόμενων μερών του πετρελαιοκινητήρα ώστε να αυξάνεται η ροπή της περιστροφικής αδράνειας, να μειώνεται η κυκλική ανομοιομορφία και να παράγεται ρεύμα σταθερής συχνότητας χωρίς ταλαντώσεις. Ο πετρελαιοκινητήρας και η γεννήτρια σαν ζεύγος πλέον θα είναι τοποθετημένα σε ισχυρή συγκολλητή βάση, μέσω κατάλληλων ελαστικών αντικραδασμικών μονωτήρων που δε θα μεταδίδουν κραδασμούς στο μηχανοστάσιο και στο υπόλοιπο κτίριο.

X. Το H/Z θα φέρει επί του πλαισίου της βάσης, ενσωματωμένη δεξαμενή πετρελαίου η οποία περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα όπως:

- στόμιο πλήρωσης με καύσιμο

15PROC003401901 2015-11-30

• εξαεριστικό σύστημα

- σφαιρικό κρουνό εκκενώσεως καυσίμου

XI. Ο πίνακας ενδείξεων και αυτοματισμού του Η/Ζ θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένος, προστασίας IP55, θα έχει τη μορφή κατακόρυφου ερμαρίου, κατασκευασμένος από χαλυβδόφυλλα πάχους 1.5mm – 2mm. Θα είναι κλειστού τύπου, με πόρτα επιθεωρήσεως από το εμπρόσθιο μέρος επί της οποίας θα είναι τοποθετημένα τα διάφορα όργανα ελέγχου, λειτουργίας και χειρισμού.

Θα φέρει τοποθετημένες τις κάτωθι συσκευές, εξαρτήματα και όργανα:

Πίνακα με σύστημα test - χειροκίνητου-αυτομάτου εκκινήσεως και αυτόματης μεταγωγής και λειτουργία off του Η/Ζ, σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος της Δ.Ε.Η., αποτελούμενο από:

1. Αυτόματο τριπολικό διακόπτη ισχύος με ρυθμιζόμενη θερμική και μαγνητική προστασία.
2. Ηλεκτρονική πλακέτα που δίνει την εντολή εκκίνησης και μεταγωγής του Η/Ζ και παρέχει ρυθμιζόμενες προστασίες του Η/Ζ μέσω αυτοματισμών. Η ηλεκτρονική πλακέτα θα διαθέτει τις ακόλουθες ενδείξεις: 3 Αμπερόμετρα (ένταση ηλεκτρικού ρεύματος σε κάθε φάση) με μέγιστη ανοχή $\pm 1\%$, βολτόμετρο ενδείξεως με μέγιστη ανοχή $\pm 1\%$, συχνόμετρο με μέγιστη ανοχή $\pm 3\text{Hz}$, ωρομετρητή, βολτόμετρο συνεχούς ρεύματος για την ένδειξη της τάσης των συσσωρευτών εκκίνησης, αμπερόμετρο συνεχούς ρεύματος για την ένδειξη του ρεύματος κατά την φόρτιση και εκφόρτιση των συσσωρευτών εκκίνησης, ένδειξη θερμοκρασίας του νερού, ένδειξη πίεσης του λαδιού λίπανσης, ένδειξη χαμηλής τάσης των συσσωρευτών εκκίνησης, ένδειξη κατώτατης στάθμης του καυσίμου στην δεξαμενή της ημερήσιας κατανάλωσης.
3. Σύστημα για την διακοπή της ρευματοδοτήσεως του ηλεκτροκινητήρα (μίζας) όταν ο πετρελαιοκινητήρας εκκινήσει. Όλους τους απαραίτητους ηλεκτρονόμους.
4. Σύστημα για τρεις ρυθμιζόμενες επαναληπτικές προσπάθειες εκκίνησης του Η/Ζ και σε περίπτωση τελικής αποτυχίας οπτική σήμανση βλάβης.
5. Διακόπτη διακρίβωσης καλής λειτουργίας των οργάνων.
6. Όλες τις απαραίτητες βοηθητικές ασφάλειες.
7. Ακροδέκτες για τα κύρια και βοηθητικά κυκλώματα.
8. Πλήρη εσωτερική αριθμημένη καλωδίωση.
9. Emergency button.
10. Επικουρικό φορτιστή συσσωρευτών τάσης 24V DC και έντασης 10A
11. Τριφασικό επιτηρητή δικτύου με ρυθμιζόμενα άνω και κάτω όρια.
12. Η έξοδος της ηλεκτρικής ισχύος θα γίνεται από ακροδέκτες εσωτερικά του πίνακα.
13. Σειρήνα κίνδυνου
14. Τριπολικούς τηλεχειριζόμενους διακόπτες αέρος με ηλεκτρική και μηχανική μανδάλωση

Θα φέρει ψηφιακές ενδείξεις και λειτουργίες επί της πλακέτας των παρακάτω:

1. Διακόπτη με λειτουργίες αυτόματη – χειροκίνητη-τεστ-κράτηση και εκκίνηση

15PROC003401901_2015-11-30

2. Ένδειξη των τελευταίων γεγονότων που προκάλεσαν κράτηση του Η/Ζ (Ημερομηνία-Ωρα-Έτος)
3. Φασική και πολική τάση δικτύου
4. Φασική και πολική τάση γεννήτριας
5. Συχνότητα δικτύου γεννήτριας
6. Ισχύς ανά φάση
7. Τάση συσσωρευτών
8. Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος (και στις τρεις φάσεις)
9. Τάση της γεννήτριας, όταν αυτή ξεκινήσει. (φάση με φάση και φάση με ουδέτερο)
10. Ισχύς (πραγματική-φαινόμενη-άεργη)
11. Θερμοκρασία της μηχανής
12. Πίεση λαδιού
13. Στάθμη καυσίμου
14. Συχνόμετρο
15. Μετρητή στροφών της πετρελαιομηχανής
16. Ολικός αριθμός προσπαθειών εκκίνησης
17. Ολικό ποσοστό προσπαθειών εκκίνησης
18. Ωρομετρητή (ώρες λειτουργίας της μηχανής και χρόνος πριν την επόμενη συντήρηση)
19. Δοκιμή λυχνιών DC
20. Διακοπή σειρήνας κινδύνων
21. Καταναλωτές στο Η/Ζ
22. Καταναλωτές στο δίκτυο
23. Επιλογή γλώσσας ανάγνωσης ενδείξεων και πληροφοριών.
24. Θα διαθέτει ενδείξεις με οπτική και ηχητική σήμανση μέσω της πλακέτας για τα ακόλουθα:
25. Φόρτιση-συντήρηση μπαταρίας
26. Χαμηλή τάση μπαταρίας
27. Υψηλή τάση μπαταρίας
28. Προσπάθεια εκκινήσεως
29. Χαμηλή στάθμη καυσίμου
30. Χαμηλή πίεση λαδιού
31. Υψηλή θερμοκρασία νερού
32. Χαμηλή στάθμη νερού
33. Υπερστροφία κινητήρα
34. Υποστροφία κινητήρα
35. Υψηλή συχνότητα γεννήτριας
36. Χαμηλή συχνότητα γεννήτριας
37. Υψηλή τάση γεννήτριας

15PROC003401901 2015-11-30

38. Χαμηλή τάση γεννήτριας
39. Υπερένταση της γεννήτριας
40. Λειτουργία βαλβίδας(solenoid)
41. Υπερφόρτωση
42. Βραχυκύκλωμα

Επιπλέον, θα διαθέτει τις ακόλουθες προστασίες (διακοπή της λειτουργίας του Η/Ζ μετά την διέλευση προκαθορισμένης χρονοκαυστήρησης-όλες οι λειτουργίες θα είναι προγραμματιζόμενες από 1-60 sec):

1. Αδυναμία εκκινήσεως (μετά τις καθορισμένο αριθμό προσπαθειών)
2. Άμεση κράτηση του Η/Ζ από ενεργοποίηση του μπουτόν έκτακτης ανάγκης(emergency stop)
3. Ελάχιστη πίεση λαδιού
4. Χαμηλή στάθμη καυσίμου
5. Χαμηλή πίεση λαδιού
6. Υψηλή θερμοκρασία νερού
7. Υπερστροφία κινητήρα
8. Υποστροφία κινητήρα
9. Υψηλή συχνότητα γεννήτριας
10. Χαμηλή συχνότητα γεννήτριας
11. Υψηλή τάση γεννήτριας
12. Χαμηλή τάση γεννήτριας
13. Υπερένταση της γεννήτριας
14. Λειτουργία βαλβίδας (solenoid)
15. Υπερφόρτωση
16. Βραχυκύκλωμα
17. Μπουτόν εξάλειψης σφάλματος
18. Διακόπτη εξακρίβωσης καλής λειτουργίας

Η ανωτέρω διάταξη θα επενεργεί στην αντλία υψηλής πίεσης καυσίμου και θα εξασφαλίζει τον άμεσο τερματισμό του κινητήρα, διακόπτοντας την παροχή καυσίμου προς τους κυλίνδρους.

Ο στάνταρντ εξοπλισμός της ηλεκτρονικής πλακέτας θα προβλέπει την ύπαρξη θύρας RS232 για δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ ή modem.

Κατά την παράδοση του, το Η/Ζ θα συνοδεύεται από:

1. Factory acceptance test που θα περιλαμβάνει όλες τις δοκιμές και ελέγχους του κατασκευαστή βεβαιώνοντας ότι το υλικό είναι σύμφωνο με το σύνολο των τεχνικών ορών του αγοραστή.
2. Τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρηση και επισκευής μαζί με όλα τα απαραίτητα σχέδια και σχεδιαγράμματα στην ελληνική γλώσσα.

15PROC003401901 2015-11-30

3. Καταλογο ανταλλακτικών στην ελληνική γλώσσα.
4. Ονομασία, αριθμός μητρώου και serial number του H/Z
5. Τα στοιχεία του προμηθευτή και κατασκευαστή

XII. Κατά το χρονικό διάστημα εγγύησης - υποχρεωτικής συντήρησης του έργου από τον Ανάδοχο, ο τελευταίος θα φροντίζει για τον προληπτικό οπτικό και λειτουργικό έλεγχο, τη δοκιμαστική λειτουργία του H/Z, την αλλαγή των λαδιών και των φίλτρων, τη συμπλήρωση των υγρών της μπαταρίας, τον έλεγχο του νερού ψύξης και του ανάλογου ψυκτικού υγρού κλπ.

XIII. Το H/Z θα διαθέτει κατάλληλο ηχομονωτικό περίβλημα με αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στάθμη θορύβου υπό πλήρες φορτίο 74 dBA στα 7m κατάλληλο και για εξωτερική τοποθέτηση του H/Z (outdoor installation).

Θα φέρει πόρτες με κλειδαριές ασφαλείας για την άνετη επιθεώρηση-συντήρηση του H/Z, τα κατάλληλα περσιδωτά ανοίγματα για την απαγωγή του θερμού αέρα και την εισαγωγή του νωπού αέρα και στο πάνω τμήμα του διάταξη για την εύκολη ανάρτηση και μετακίνηση του. Εσωτερικά θα είναι επενδεδυμένο με κατάλληλο ηχοαπορροφητικό υλικό, ο σιγαστήρας των καυσαερίων μειώνει σημαντικά τη στάθμη θορύβου τους (residential type) και θα είναι τοποθετημένος μέσα στο ηχομονωτικό κάλυμμα ώστε το H/Z να είναι κατάλληλο για λειτουργία του σε κατοικημένες περιοχές.

XIV. Τα καυσαέρια θα απάγονται στην ατμόσφαιρα από το πάνω τμήμα του ηχομονωτικού καλύμματος μέσω εξωτερικού σωλήνα ύψους περίπου 20 cm που φέρνει διάταξη προστασίας από την είσοδο νερού και αντικειμένων.

44. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία:

1. Ηλεκτρονικό σύστημα σειράς προτεραιότητας αποτελούμενο από:
2. κεντρική μονάδα,
3. μηχανή έκδοσης εισιτηρίων,
4. ηχείο,
5. κεντρική οθόνη,
6. οθόνη ιατρείου (2 τεμάχια),
7. πληκτρολόγιο ταμείου (2 τεμάχια),
8. καλωδιώσεις και κάθε απαραίτητο μικροϋλικό, πλήρως εγκατεστημένο, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
9. Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία προς αξιολόγηση

45. ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ INVERTER ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 9000 Btu/h ΤΥΠΟΥ SPLIT UNIT.

15PROC003401901 2015-11-30

Αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομης κλιματιστικής συσκευής ψύξης –θέρμανσης διαιρούμενου τύπου(split type).

A. Τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Η συσκευή πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστη και στιβαρής κατασκευής.
2. Να λειτουργεί με τάση 220V/ 50 HZ.
3. Η κάθε συσκευή να αποτελείται από :
 - Εσωτερική μονάδα(τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα
 - Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης
 - Στοιχεία σύνδεσης(καλώδια-σωλήνες ,μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευμένο με μονωτική ταινία).Τα καλώδια και οι σωλήνες θα πρέπει να έχουν ελάχιστο μήκος 4m.
4. Η εξωτερική μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
5. Η απόδοση της συσκευής για ψύξη/θέρμανση θα πρέπει να είναι 9000 BTU/H.
6. Η συσκευή πρέπει να έχει απόδοση αφύγρανσης τουλάχιστον 1 λίτρα/ ώρα.
7. Η παροχή αέρα της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα να είναι 7m³ /λεπτό τουλάχιστον.
8. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ρύθμισης του εσωτερικού ανεμιστήρα, ο οποίος να ξεκινάει μόνο εφόσον η θερμοκρασία του εσωτερικού εναλλάκτη υπερβεί μια ορισμένη θερμοκρασία, για την αποφυγή δημιουργίας ψυχρών ρευμάτων στη
9. λειτουργία της θέρμανσης κατά την έναρξη ή μετά τον κύκλο απόψυξης.
10. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου(κατά την λειτουργία της ψύξης)και του εξωτερικού στοιχείου(κατά την λειτουργία της θέρμανσης)από την δημιουργία παγετού.
11. Να διαθέτει αυτόματη κίνηση του πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα.
12. Να διαθέτει σύστημα προστασίας έναντι υπερθέρμανσης του συμπιεστή.
13. Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή από συχνές διακοπές του
14. ρεύματος.
15. Να διαθέτει σύστημα προστασίας από υπέρταση.
16. Να διαθέτει κατάλληλο φίλτρο.
17. Η ευαισθησία του θερμοστάτη χώρου να είναι έως 1 ° C.
18. Να συνοδεύεται από ασύρματο τηλεχειριστήριο με δυνατότητα χρονικού
19. προγραμματισμού. Να αναφερθούν οι δυνατότητες του τηλεχειριστήριου.
20. Να αναφερθεί το μέγιστο μήκος καθώς και η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας όπου η ψυκτική απόδοση του μηχανήματος δεν παρουσιάζει μείωση και οι οποίες δεν πρέπει να είναι μικρότερες από 5m.

15PROC003401901 2015-11-30

21. Η στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα να είναι το πολύ 43dB.
22. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 46dB.
23. Να διαθέτει περιστροφικό συμπιεστή ισχύος περίπου 1000 W.
24. Η απόδοση του μηχανήματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον : σε ψύξη (EER) 3,2 και σε θέρμανση (COP) 3,5.
25. Για την λειτουργία της ψύξης το όριο να είναι 43 ° C (μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος) και για την λειτουργία της θέρμανσης το όριο να είναι -5 ° C (ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος).

B. Εγγύηση- παράδοση

1. Εγγύηση καλής λειτουργίας: Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε(5) χρόνων για τον συμπιεστή και δύο(2) ετών για τα υπόλοιπα μέρη.

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας θα υπολογίζεται από την ημερομηνία της οριστικής ποιοτικής παραλαβής του μηχανήματος από την αρμόδια επιτροπή. Κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας η εταιρεία θα έχει την πλήρη ευθύνη για την καλή λειτουργία του μηχανήματος χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για το Ίδρυμα.

Η εταιρεία ευθύνεται για την επισκευή του εξοπλισμού σε περίπτωση δυσλειτουργιών, βλαβών για απεριόριστο αριθμό κλήσεων και την αντικατάσταση όλων ανεξαρτήτως των ανταλλακτικών που απαιτούνται, σε χρόνο ανταπόκρισης πολύ σύντομο και όχι πέραν των 24 ωρών. Επίσης την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου , συμπεριλαμβανομένων και των υλικών συντήρησης.

2. Παράδοση-Παραλαβή: Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει πλήρως και με δική του ευθύνη και έξοδα και με δικό του ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό την εγκατάσταση του εξοπλισμού (η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί εξωτερικά του κτιρίου σε μεταλλική βάση βαμμένη με αντισκωριακή βαφή και θα στηρίζεται στον τοίχο με ντίζες ή ούπατ) και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία στο χώρο που θα του υποδειχθεί , σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού κράτους και τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του Ιδρύματος.)

46. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1000 ΛΤ

Δεξαμενή πετρελαίου πλαστική χωρητικότητας 1000 λτ. Υψηλής αντοχής , κατάλληλη και για τοποθέτηση σε υπαίθριο χώρο.

Πληροφορίες για την Σύμβαση των Τεχνικών Προδιαγραφών

15PROC003401901 2015-11-30

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όνομασία Τράπεζας: _____

Κατάστημα: _____

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) _____

Ημερομηνία Έκδοσης: _____

Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩ.

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ **[Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας οδός αριθμός ... ΤΚ.....,]**

[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α)..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

β)..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

γ)..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,]

και μέχρι του ποσού των ευρώ....., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της..... για εκτέλεση τμήματος του έργου«.....» και συγκεκριμένα για το τμήμα του έργου που αφορά στην υπερπεριφέρεια..... συνολικής αξίας....., σύμφωνα με τη με αριθμό..... Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ' όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις **[Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας]** ή **[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας]**

15PROC003401901 2015-11-30

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την**(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).**

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

15PROC003401901_2015-11-30

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας: _____

Κατάστημα: _____

(Δ/ση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) _____

Ημερομηνία Έκδοσης: _____

Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ΓΙΑ.....

ΕΥΡΩ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ **[Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας**

Οδός Αριθμός....Τ.Κ.] ή

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) οδός αριθμός Τ.Κ.

β) οδός αριθμός Τ.Κ.

γ) οδός αριθμός Τ.Κ.

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],

και μέχρι του ποσού των ευρώ....., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό..... που αφορά στο διαγωνισμό της με αντικείμενο «.....» και συγκεκριμένα για το τμήμα του έργου που αφορά στην υπερπεριφέρεια..... συνολικής αξίας, σύμφωνα με τη με αριθμό..... Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

15PROC003401901 2015-11-30

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Όνομασία Τράπεζας: _____

Κατάστημα: _____

(Δ/ση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) _____

Ημερομηνία Έκδοσης: _____

Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩ.

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ **[Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας οδός Αριθμός ... ΤΚ]** ή

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών**α)..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....****β)..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....****γ)..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....**

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,]

και μέχρι του ποσού των ευρώ....., για τη λήψη προκαταβολής ίσης με το% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ, της με αριθ.....σύμβασης, για εκτέλεση τμήματος του έργου και συγκεκριμένα για το τμήμα του έργου που αφορά στην υπερπεριφέρεια..... συνολικής αξίας....., σύμφωνα με τη με αριθμό..... Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

15PROC003401901 2015-11-30

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 3 ΤΜΗΜΑΤΑ, ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 5 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ –

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 7 ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΡΘΡΟ 8 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΡΘΡΟ 10 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 11 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

ΑΡΘΡΟ 12 ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 13 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 14 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 15 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

15PROC003401901 2015-11-30

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ.

Στην [τόπος αναθέτουσας αρχής]. σήμερα την του έτους, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Η που εδρεύει στην, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

και αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία που εδρεύει στην Αθήνα *, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου, υπάγεται στη ΔΟΥ..... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο, της εταιρείας, σύμφωνα με το και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»,

Λαμβάνοντας υπόψη :

- 1) Την υπ. αριθ. από διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για το έργο
- 2) Την από και με αριθ. Πρωτ. /..... /..... προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης.
- 3) Την υπ. αριθ. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Ανάδοχο

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.

15PROC003401901_2015-11-30

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου.

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφο, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.

Έργο:, όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης του έργου και την παραλαβή του έργου (τμηματική – οριστική).

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.

Προσφορά: η από προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου.

15PROC003401901_2015-11-30

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντίλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του έργου «.....». Το Έργο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της από διακήρυξης και την υπ' αριθμ. απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει

ΑΡΘΡΟ 3 ΤΜΗΜΑΤΑ, ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ [το συγκεκριμένο άρθρο διαμορφώνεται αναλόγα με τη φύση του έργου]

Το έργο θα υλοποιηθεί όπως ορίζεται στην τεχνική προσφορά του αναδόχου και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε Εντός πέντε (5) ημερών από την Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει στην ΕΠΠΕ λεπτομερές πρόγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης, στο οποίο θα εμφανίζονται όλες οι δραστηριότητες του Έργου και οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους.

Ουδενμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της ΕΠΠΕ. Αν πάντως η εκτέλεση της Σύμβασης δεν προχωρεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, η ΕΠΠΕ μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το αναθεωρήσει και να της υποβάλει το αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 5. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου

Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) και θα οριστεί ο υπεύθυνος του έργου από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, ο οποίος θα έχει τη συνολική εποπτεία της πορείας εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.

15PROC003401901 2015-11-30

Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του έργου και είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου των παραδοτέων, με βάση τη διαδικασία παραλαβής που περιγράφεται στη συνέχεια. Επιπλέον των παραλαβών, η ΕΠΠΕ μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την εξέλιξη των εργασιών κάθε φάσης.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/07 και με τα παρακάτω:

- Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος ή των υπηρεσιών που καθυστερούν.
- Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή.
- Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.
- Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
- Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου.
- Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ και λεπτών (.....,..... €), πλέον ΦΠΑ% Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται

15PROC003401901 2015-11-30

όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει).

Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού ευρώ (..... €) (10% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των φάσεων του έργου, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.

15PROC003401901_2015-11-30

ΑΡΘΡΟ 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το Έργο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας Ομάδα Έργου με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.
6. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιοσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.
7. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
8. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιοσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

15PROC003401901 2015-11-30

9. Θα καταθέτει μαζί με το τιμολόγιο υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων ότι έχουν πληρωθεί μέχρι τον προηγούμενο μήνα από την έκδοση του τιμολογίου

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.

15PROC003401901 2015-11-30

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το Έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07.

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του Έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρώθουν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 14. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η από διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η από κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

- α) Η παρούσα σύμβαση
- β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
- γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
- δ) Η προσφορά του Αναδόχου

15PROC003401901 2015-11-30

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ' όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.

Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ....., κάτοικος, ΤΚ τηλ: 210 , fax 210, 210

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ.

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια[τόπος αναθέτουσας αρχής]....., εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ