



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η Υ.Π.Ε Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

TAX. Δ/ΝΣΗ: Περιοχή Βασιλάκη –
Άγιος Σύλλας
TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ: 65500, Καβάλα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β.Παύλου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2513501598
E-MAIL: promithies@kavalahospital.gr

Προς :
Όλους τους ενδιαφερόμενους

Θέμα: Ανακοίνωση για την πρόσκληση «Βιοϊατρικού Εξοπλισμού Παιδιατρικού Τμήματος» που αφορά το είδος ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ-ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ

Διευκρινίζουμε σχετικά ότι στην σελίδα οχτώ (8), στη παράγραφο **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ-ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ παρ. 5β.** με τον όρο «να βασίζεται στον εξειδικευμένο αλγόριθμο Dinamap SuperSTAT για απόρριψη παρασίτων και γρήγορη λήψη μέτρησης υπό δύσκολες συνθήκες (περιπτώσεις εξαιρετικά υπερτασικών και υποτασικών ενήλικων ασθενών), με μέτρηση στο εύρος 10-290mmHg τουλάχιστον και ο ενισχυτής να δέχεται σωλήνα σύνδεσης διπλού αυλού», εννοούμε **ΤΥΠΟΥ Dinamap SuperSTAT .**

Ο Προϊστάμενος
Τμ. Προμηθειών.

Παπάκη Ζωή.

