



Καβάλα, 13/05/19
Αριθ. Πρωτ.: 417

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας & Θράκης
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Υποδιεύθυνση Οικονομικού

TAX. Δ/ΝΣΗ: Άγιος Σίλας
TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ: 65 500 Καβάλα
ΠΛΗΡΟΦ.: Γ. Βαλασιάδης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2513501654
FAX: 2513501910

Προς:

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

**ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΥΔΡΟΦΙΛΟΥ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΙΘΩΝ»**

Σχετ.: η υπ' αριθμ. 10/02-04-19 και με αριθμό πρωτ. 9877/11-04-19 Απόφαση Δ.Σ., με ΑΔΑ Ω8ΚΝ4690ΒΓ-ΜΨΝ, σχετικά με την έγκριση προμήθειας

Παρακαλείσθε να καταθέσετε κλειστή προσφορά σας, στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, έως την Πέμπτη 23/05/19 και ώρα 13:00, για την προμήθεια οκτώ (8) τεμαχίων ουρολογικού καθετήρα υδρόφιλου, με δοχείο συλλογής λίθων – θραυσμάτων (σύστημα αναρρόφησης λιθοτριψίας), ανεξαρτήτων διαστάσεων.

Αναθέτουσα αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Είδος: Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή.
Προϋπολογιστική δαπάνη: 2.860€ με το ΦΠΑ.

Παρακαλούμε όπως στην προσφορά σας να αναφέρονται:

- 1) Η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς σας (180 ημέρες).
- 2) Η άμεση ανταπόκριση και εξυπηρέτηση της μειοδότης Εταιρείας.
- 3) Τα είδη, πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE/IVD και ISO.
Σημειώνεται ότι αν κριθεί απαραίτητο, το Νοσοκομείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών και δειγμάτων των υπό προμήθειαν ειδών.
- 4) Ο αριθμός φορολογικού μητρώου της Εταιρείας, ευδιάκριτος, να αναφέρεται στην προσφορά.

Η μειοδότης Εταιρεία θα προσκομίσει στο Γραφείο Προμηθειών, μαζί με την συναπτόμενη Σύμβαση και Ποινικό Μητρώο καθώς και Φορολογική, Ασφαλιστική Ενημερότητα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σύστημα αναρρόφησης λιθοτριψίας:

- 1) Ουρολογικός υδρόφιλος καθετήρας – θηκάρι αναρρόφησης θραυσμάτων. Ο καθετήρας να διαθέτει εργονομικά σχεδιασμένη θύρα αναρρόφησης με γωνία 45°, διαστολέα και πώμα σφράγισης με οπή για την είσοδο του ενδοσκοπίου. Να είναι κατάλληλος για χρήση με Ουρητηροσκόπιο, Νεφροσκόπιο, Κυστεοσκόπιο, διαθέσιμος στις ακόλουθες διαστάσεις: ID/OD:10/12FR, 11/13FR, 12/14FR, 13/15FR, 14/16FR, 16/18FR, 18/20FR, 20/22FR, 22/24FR και σε μήκη 13cm, 17cm, 21cm, 24cm, 16cm, 36cm, 40cm, 46cm, 55cm.
- 2) Δοχείο συλλογής λίθων με στρόφιγγα και σωλήνα σύνδεσης, συμβατό με τον καθετήρα αναρρόφησης ClearPetra.

Εκ του Ουρολογικού Τμήματος