



Καβάλα, 22/01/20
Αριθ. Πρωτ.: 2247

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας & Θράκης
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Υποδιεύθυνση Οικονομικού

TAX. Δ/ΝΣΗ: Άγιος Σίλας
TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ: 65 500 Καβάλα
ΠΛΗΡΟΦ.: Γ. Βαλασιάδης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2513501654
FAX: 2513501910

Προς:
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ και
ΚΑΘΕ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ/ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ RSO₂ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ»

Σχετ.: η υπ' αριθμ. 29/24-09-19 και με αριθμό πρωτ. 28231/17-10-19 Απόφαση Δ.Σ., με ΑΔΑΜ 19REQ005732099, σχετικά με την έγκριση προμήθειας

Παρακαλείσθε να καταθέσετε κλειστή προσφορά σας, στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, για την προμήθεια μετωπιαίου/σωματικού αισθητήρα μη επεμβατικής μέτρησης τοπικού κορεσμού σε οξυγόνο RSO₂, Αναισθησιολογικού Τμήματος. Τεμάχια: εκατόν είκοσι (120 τεμ.).

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς και άνοιγμα, την Παρασκευή 31/01/20 και ώρα 13:00 π.μ. Η οικονομική προσφορά θα βρίσκεται σε κλειστό υποφάκελο, μέσα στην κλειστή προσφορά.

Αναθέτουσα αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Είδος Διαγωνισμού: Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 16.070,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η όλη Διαγωνιστική Διαδικασία διέπεται από το Νόμο 4412/16, όπως τροποποιημένος ισχύει

Παρακαλούμε όπως στην προσφορά σας να αναφέρονται:

- 1) Ο α/α αριθμός, κωδικός και η Τιμή Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ. Εάν το είδος δεν παρακολουθείται στο Παρατηρητήριο Τιμών, παρακαλούμε να αναφέρετε ότι δεν παρακολουθείται.
- 2) Η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς σας (180 ημέρες).
- 3) Η δυνατότητα παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, εντός 30 εργάσιμων ημερών.
- 4) Τα προσφερόμενα είδη, πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE/IVD

Σημειώνεται ότι αν κριθεί απαραίτητο, το Νοσοκομείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών και δειγμάτων των ζητούμενων ειδών.
Η μειοδότης Εταιρεία **θα προσκομίσει** στο Γραφείο Προμηθειών, **μαζί με την συναπτόμενη Σύμβαση και Ποινικό Μητρώο καθώς και Φορολογική, Ασφαλιστική Ενημερότητα.**

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΣ/ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ RSO2

1. Να διαθέτει φωτεινή πηγή LED που να εκπέμπει υπέρυθη ακτινοβολία σε δύο μήκη κύματος 730nm & 810nm
2. Να παρέχει μέτρηση για δύο βάθη διείσδυσης, έχοντας δύο φωτοανιχνευτές σε απόσταση 3cm και 4cm αντίστοιχα από τη φωτεινή πηγή
3. Να είναι αυτοκόλλητος και latex free
4. Να έχει CE Mark
5. Να προορίζεται για χρήση α) σε ενήλικες, β) σε παιδιά και γ) σε βρέφη
6. Να διαθέτει πιστοποίηση, μελέτες και στοιχεία από εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία που να πιστοποιεί την ακρίβεια των μετρήσεων