

Χρήστης: Αnonymous

Φορέα

[Διαβουλεύσεις](#)

Επιστροφή

[▶ Αναζήτηση Διαβουλεύσεων](#) ▶ Προβολή Στοιχείων Διαβούλευσης**Αναζήτηση
Διαβουλεύσεων****Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ - ΤΠ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**Δημοσιεύθηκε **20/05/2022** Τελευταία ανανέωση **Ημ/νία Λήξης 04/06/2022**Μοναδικός Κωδικός **22ΔΙΑΒ000024476**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

4η Υ.Π.Ε Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Περιοχή Βασιλάκη –

Άγιος Σύλλας

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 65500, Καβάλα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Θ. Ακρητίδου

ΤΗΛ :2513501591

EMAIL :promithies@kavalahospital. gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ – ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ – ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ)»

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας ανακοινώνει ότι τίθεται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ – ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ – ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ)» CPV 33141110-3, για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί αρχικές Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Μετά το τέλος της Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών θα αναρτηθεί σχετική έκθεση διαβούλευσης με το σύνολο των σχολίων που έχουν υποβληθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, καθώς και στο χώρο των συνημμένων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει για δεκαπέντε μέρες μετά την ανάρτηση της από την Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ

Η παρούσα διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί στην Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθείς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Καβάλας (<http://www.kavalahospital.gr>).

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης των επισυναπτόμενων Τεχνικών Προδιαγραφών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ

Κατεβάστε το αρχείο[Σχόλια](#)**Όνομα
MEDICARE
HELLAS AE****Email
akoukkidou@medicare-
hellas.gr****Άρθρο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ** Ημ/νία
30/05/2022

Προς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

4η Υ.Π.Ε Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών

TAX. Δ/ΝΣΗ: Περιοχή Βασιλάκη – Άγιος Σύλλας

TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ: 65500, Καβάλα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Θ. Ακρητίδου

ΤΗΛ :2513501591

EMAIL :promithies@kavalahospital.gr

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ – ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ – ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ)»

Αξιότιμοι κύριοι,

Σχετικά με την διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τα είδη ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ – ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ – ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ)», η οποία και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα σας, επιτρέψτε μας να κάνουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης και της Διαφάνειας:

☐ Με την δυνατότητα που μας δώσατε να υποβάλουμε τις παρατηρήσεις μας σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναρτήσατε στην ιστοσελίδα σας για τα είδη ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ – ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ – ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ)» επιβεβαιώσατε την απεριόριστη εμπιστοσύνη και βεβαιότητα που είχαμε στην προσήλωσή σας να τηρηθεί η διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης και Διαφάνειας κατά την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών.

☐ Είμαστε βέβαιοι ότι συμμερίζετε απόλυτα το γεγονός ότι σκοπός της Υπηρεσίας σας αλλά και κάθε Αναθέτουσας Αρχής πρέπει να είναι, σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου, η διενέργεια Δημόσιων Διαγωνισμών όπου να προβλέπεται και να ενισχύεται η ελεύθερη και η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή προκειμένου το Δημόσιο να επωφεληθεί τελικώς από τον μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, τον ανταγωνισμό που θα προκύψει και τελικώς τις καλύτερες τιμές στα ζητούμενα είδη από το τρίπτυχο κόστους, ποιότητας και οφέλους.

☐ Ως προμηθεύτρια εταιρεία έχουμε να προτείνουμε τις παρακάτω γενικές τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες εκτιμούμε ότι ανταποκρίνονται στο πνεύμα και την φιλοσοφία που περιγράψαμε παραπάνω διότι συμπληρώνουν τις υπάρχουσες συμβατικές τεχνολογίες και ποιότητες υλικών με νέες, σύγχρονες τεχνικές αλλά και τεχνολογίες οι οποίες προσφέρουν στους ασθενείς καλύτερη ποιότητα ζωής, μεγαλύτερο προσδόκιμο και καθιστούν το σύστημα υγείας αποδοτικότερο καθότι ο χρόνος παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο μειώνεται ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται μικρότερη απασχόληση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.

Στην υπό διαμόρφωση λίστα τεχνικών προδιαγραφών σας έχουμε να προτείνουμε τα κάτωθι:

Πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία ειδών:

Για τον α/α 23 (42904) ζητείται:

* ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΗΡΟΥ – ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ – ΤΙΜΗ ΖΕΥΓΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στην διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών για το συγκεκριμένο είδος. Επειδή η προδιαγραφή είναι ελλιπής και απουσιάζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και πιστοποιήσεις από ανεξάρτητους φορείς, με βάση τα τελευταία ιατρικά δεδομένα, που θα προσδώσουν στο προϊόν ποιότητα και θα παρέχουν ασφάλεια για τον ασθενή πιστεύουμε ότι η ανωτέρω προδιαγραφή πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:

«ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΜΗΡΟΥ (42904).

Να είναι κάλτσες ορατής διαβαθμισμένης συμπίεσης με πιέσεις 18,14,8,10,8mmHg από τον αστράγαλο ως το μηρό με την ανάλογη πιστοποίηση. Να διαθέτουν ανατομικό σχήμα για όλο το μήκος του ποδιού. Να διαθέτουν εξεταστική οπή στην άκρη του ποδιού για τον οπτικό έλεγχο των δακτύλων. Να διαθέτουν αντιολισθητική ζώνη για τα μεγέθη του μηρού με επένδυση σιλκόνης, ειδικό άνοιγμα στην εσωτερική περιοχή του μηρού ώστε η συμπίεση να είναι μηδενική για να προστατεύει τη μηριαία φλέβα. Να είναι κατασκευασμένες από υπο-αλλεργικό υλικό που επιτρέπει τον καλό αερισμό του δέρματος. Να επανέρχονται στο ίδιο μήκος μετά το τέντωμα. Να έχουν ελληνικές οδηγίες χρήσης και CE Mark. Να διαθέτουν κλινικά αποδεδειγμένο προφίλ συμπίεσης που αυξάνει την ταχύτητα ροής του αίματος κατά 138% και μειώνει την φλεβική διάσταση. Να προσφέρουν παύση της πίεσης στην ιγνυακή φλέβα. Να έχουν διαχωριστική λωρίδα και διφυλλή φάσα ώστε να εμποδίζουν την αιμοστατική επίδραση στο μηριαίο τρίγωνο. Να διατίθενται σε πληθώρα μεγεθών ώστε να είναι κατάλληλες για χρήση σε περισσότερους ασθενείς το καθορισμένο σημείο της φτέρνας να διασφαλίζει σωστή τοποθέτηση ενώ το άνοιγμα στα δάχτυλα να επιτρέπει εύκολο έλεγχο της επιδερμίδας και του σφυγμού».